

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ชุดเครื่องมือทำหัตถการตัดลอกผิวหนัง แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไร้สาย

๑. ชื่อโครงการ...จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์...ชุดเครื่องมือทำหัตถการตัดลอกผิวหนัง แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไร้สาย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...โรงพยาบาลกระบี่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๔๕๐,๐๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

- ชุดเครื่องมือทำหัตถการตัดลอกผิวหนัง แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง
เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ราคากลาง กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลกระบี่
ที่ ๑๙๑/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๔.๒ สืบราคาจากท้องตลาด เช่น บริษัท/ห้าง/ร้าน

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิแคร์ ฮอสปิเทค
- บริษัท กู๊ด แอนด์ เกรท พลัส จำกัด
- บริษัท พี เอส เค เมดิคอล จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายสมฤทธิ์ สิทธิพงศ์พิทยา	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางวนิดา ผลึกเพชร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวดวงทิพย์ ดวงทอง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ

ชุดเครื่องมือทำหัตถการตัดลอกผิวหนัง แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไร้สาย
โรงพยาบาลกระบี่

1. ความต้องการ

ชุดเครื่องมือสำหรับทำหัตถการตัดลอกผิวหนังที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

2. วัตถุประสงค์

สำหรับใช้ตัดลอกผิวหนังเพื่อปลูกถ่ายผิวหนัง

3. คุณสมบัติทั่วไป

3.1 ผลิตจากวัสดุปลอดสนิม สามารถนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำได้

3.2 ได้รับรองมาตรฐานการผลิตทางการแพทย์

4. คุณสมบัติเฉพาะ

4.1 เครื่องตัดลอกผิวเป็นแบบไร้สาย (cord less) ใช้งานได้สะดวก

4.2 น้ำหนักเครื่องไม่เกิน 1400 กรัม

4.3 สามารถตัดผิวหนังได้กว้างไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร

4.4 ปรับระยะความหนาในการตัดผิวหนังได้ตั้งแต่ 0-1.2 มิลลิเมตร

4.5 ถอดเปลี่ยนใบมีดได้ง่าย ปลอดภัย ไม่ต้องไขควงหรืออุปกรณ์ใด ๆ เพิ่ม

4.6 ถอดมอเตอร์และแบตเตอรี่ออกจากเครื่องได้ก่อนทำการล้างและปราศจากเชื้อ

4.7 ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ใช้แรงดันไฟไม่เกิน 7.5 โวลท์

4.8 ความจุแบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า 2400 มิลลิแอมป์ชั่วโมง ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 70 นาที

4.9 แบตเตอรี่สามารถชาร์จไฟได้ ใช้เวลาชาร์จกระแสจนเต็มไม่เกิน 3 ชั่วโมง

4.10 แบตเตอรี่เป็นชนิด ลิเธียม-ไอออน ไม่มีเมมโมรีเอฟเฟค

5. อุปกรณ์ประกอบ

5.1 ใบมีดตัดสำหรับเครื่องตัดลอกผิวหนัง 10 ใบ

5.2 อุปกรณ์ปรับลดขนาดความกว้างหน้าตัดเป็น 65 มิลลิเมตร 1 ชิ้น

5.3 อุปกรณ์ปรับลดขนาดความกว้างหน้าตัดเป็น 50 มิลลิเมตร 1 ชิ้น

5.4 อุปกรณ์ปรับลดขนาดความกว้างหน้าตัดเป็น 35 มิลลิเมตร 1 ชิ้น

5.5 กล่องบรรจุเครื่องมือสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อ 1 ชุด

5.6 ชุดชาร์จไฟแบตเตอรี่ 1 ชุด

6. เงื่อนไขเฉพาะ

6.1 เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

6.2 รับประกันคุณภาพ 2 ปี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมฤทธิ์ สิทธิพงษ์พิทยา)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวนิดา ผลึกเพชร)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดวงทิพย์ ดวงทอง)