

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  
เครื่องสร้างอากาศแรงดันลบสำเร็จรูป

๑. ชื่อโครงการ...จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องสร้างอากาศแรงดันลบสำเร็จรูป

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...โรงพยาบาลกระบี่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)... ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

- เครื่องสร้างอากาศแรงดันลบสำเร็จรูป จำนวน ๑ เครื่อง  
เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ราคากลาง กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลกระบี่  
ที่ ๘๓๘/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๔.๒ สืบราคาจากท้องตลาด เช่น บริษัท/ห้าง/ร้าน  
- บริษัท โมเตอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายธีรศักดิ์ อุดมศรี	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
๒. นายณรงค์ ยอดสนธิ	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวกมลรัตน์ จินตนาวิลาส	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องสร้างอากาศแรงดันลบสำเร็จรูป จำนวน 1 เครื่อง  
โรงพยาบาลกระบี่

1. รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป

เครื่องสร้างอากาศแรงดันลบสำเร็จรูปแบบเคลื่อนย้ายได้ (Modular Negative Pressure Machine) สำหรับการสร้างแรงดันอากาศลบในช่วง -5 ถึง-10 Pa. สำหรับห้องขนาดไม่เกิด 6x6x2.7 เมตร (กว้างxยาวxสูง) ขนาดปริมาตรการไหลของอากาศสูงสุด 900 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM) มีประสิทธิภาพในการกรองและลดเชื้อโรคภายในห้องได้ไม่น้อยกว่า 99.995%

2. รายละเอียดด้านเทคนิค

- 2.1 ปริมาตรการไหลของอากาศสูงสุด 900 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM)
- 2.2 กำลังไฟฟ้า (Capacity) ขนาด 600 วัตต์
- 2.3 สามารถสร้างแรงดันอากาศลบ (Negative Pressure) ได้ไม่น้อยกว่าช่วง -5 ถึง-25 Pa.
- 2.4 อัตราการหมุนของมอเตอร์ 400-1,400 รอบต่อนาที
- 2.5 เสียงดังรบกวน (Noise) อยู่ในระดับไม่เกินกว่าช่วง 70 dB
- 2.6 ชุดกรองประสิทธิภาพสูง 3 ชั้น (PRE-FILTER, MEDIUM-FILTER, HEPA-FILTER) ที่ผ่านการทดสอบ DOP Test Qualified
- 2.7 ติดตั้งหลอด UVC (UV Germicide Lamp) จำนวน 2 ชุด (4 หลอด) เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย
- 2.8 ขนาดห้องที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งโดยทั่วไป ขนาดไม่เกิน 6x6x2.7 เมตร (กว้างx ยาวxสูง)
- 2.9 ขนาดเครื่อง 720 x 880 x1,320 มิลลิเมตร น้ำหนัก 150 กิโลกรัม

3. เงื่อนไขเฉพาะ

- 3.1 ผู้ขายจะต้องรับประกันการใช้งานเป็นเวลา 1 ปี

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายธีรศักดิ์ อุดมศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายณรงค์ ยอดสนิท)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวมลรัตน์ จินตนาวิลาศ)