

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูง ๑๒ หลอด

๑. ชื่อโครงการ...จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูง ๑๒ หลอด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑๒๕,๐๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔...ดังนี้
- เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูง ๑๒ หลอด จำนวน ๑ เครื่อง
รวมเป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูง ๑๒ หลอด

} ร้าน แลป แคร่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ แอนด์ บี เมดิ ซายน์
ร้าน เอส แอนด์ พี เซอร์วิส

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางเกศิณี แจ่มวุฒิปรีชา	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นายปรินทร์ ศรีสุข	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวนันทิยา ทิ๊งนุ้ย	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูง 12 หลอด
โรงพยาบาลกระบี่

คุณลักษณะทั่วไป

1. เป็นเครื่องปั่น Table Top High speed Micro centrifuge ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ตัวเครื่องแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม สามารถใช้กับหลอดขนาด 12 x 5 มล.
2. หัวปั่นเป็นแบบ Fix rotor ความจุ 12 หลอด
3. สามารถเลือกตั้งเวลาการทำงานได้ตั้งแต่ 1-99 นาที
4. สามารถตั้งความเร็วรอบได้สูงสุด 12,000 รอบต่อนาที Max. RCF 10,142xg ความแม่นยำของความเร็วรอบที่ 30 rpm
5. มีจอแสดงผลชนิดแสดงค่าความเร็วรอบ (RPM) หรือค่าแรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ (RCF) เป็นตัวเลขดิจิทัล 4 หลักและแสดงเวลาการทำงานเป็นตัวเลขดิจิทัล 2 หลัก
6. ใช้มอเตอร์ชนิดขับเคลื่อนโดยไม่ใช้แปรงถ่าน (Brushless Motor)
7. มีเสียงดังไม่เกิน 65 dB ขณะทำงาน
8. มีระบบความปลอดภัยดังนี้
 - มีชุดล็อกฝาเครื่องป้องกันการเปิดฝาเครื่องขณะกำลังทำงาน
 - เครื่องจะไม่ทำการปั่นหากกดปุ่มเริ่มทำงานโดยไม่ปิดฝาเครื่องให้สนิท
9. มีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อทำงานครบเวลาที่ตั้งไว้และเมื่อจานปั่นหยุดหมุน
10. คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย จำนวน 1 เล่ม
11. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางเกศินี แจ่มวุฒิปรีชา)

ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายปรินทร์ ศรีสุข)

(นางสาวนันทิยา ทังน่วย)