

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 เครื่องมือตัดและเย็บเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติด้วยระบบพลังงานแบตเตอรี่
 (Signia™ powered stapling system) จำนวน ๑ ชุด

๑. ชื่อโครงการ...ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือตัดและเย็บเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติด้วยระบบพลังงานแบตเตอรี่ (Signia™ powered stapling system) จำนวน ๑ ชุด.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๔๙๙,๖๙๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่...๙ เมษายน ๒๕๖๗
 - เครื่องมือตัดและเย็บเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติด้วยระบบพลังงานแบตเตอรี่ (Signia™ powered stapling system) จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน...๔๙๙,๖๙๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
 ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท ไพรม์เมดิคอล จำกัด
 - บริษัท ดีซีเอส ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางสาวกมลรัตน์ จินตนาวิลาศ	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุชาดา วิภาวาท	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางสาวกิตติยา ผลึกเพชร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือตัดและเย็บเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติด้วยระบบพลังงานแบตเตอรี่
(Signia™ powered stapling system) จำนวน 1 ชุด
โรงพยาบาลกระบี่

1. ความเป็นมา

ด้วยจังหวัดกระบี่ โดยโรงพยาบาลกระบี่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือตัดและเย็บเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติด้วยระบบพลังงานแบตเตอรี่ (Signia™ powered stapling system) จำนวน 1 ชุด ตามแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2. วัตถุประสงค์

เป็นเครื่องมือตัดและเย็บเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติด้วยระบบพลังงานแบตเตอรี่ สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดและการผ่าตัดผ่านกล้องวิดิทัศน์

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....นางสาวกมลรัตน์ จินตนาวิลาศ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุชาดา วิภาวาทน์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวกิตติยา ผลึกเพชร กรรมการ

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ

4.1 คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องมือตัดและเย็บเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติด้วยระบบพลังงานแบตเตอรี่ สำหรับการผ่าตัดแบบเปิดและการผ่าตัดผ่านกล้องวิดิทัศน์

4.2 คุณลักษณะเฉพาะ

1. ด้ามเครื่องมือตัดและเย็บเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติด้วยระบบพลังงานแบตเตอรี่ (SIGNIA™ POWER HANDLE) จำนวน 1 ชิ้น

- 1.1 ใช้ประกอบร่วมกับแกนต่อเครื่องมือตัดและเย็บเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติ (SIGNIA™ LINEAR ADAPTER) และฝาครอบด้ามเครื่องมือ (SIGNIA™ POWER SHELL)
- 1.2 ควบคุมกลไกการทำงานด้วยระบบพลังงานแบตเตอรี่ โดยประกอบด้วย ระบบไมโครโพรเซสเซอร์, ระบบอิเล็กทรอนิกส์, มอเตอร์, จอแสดงผลแบบ OLED และลิเทียมไอออนแบตเตอรี่อยู่ในด้ามเครื่องมือ
- 1.3 สามารถนำมาใช้ในครั้งถัดไปได้ (REUSABLE)
- 1.4 มีปุ่มควบคุมกลไกการหมุน, การปรับมุมเอียง และการยิงตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อด้วยระบบพลังงานแบตเตอรี่
- 1.5 มีปุ่มปลด Safety ก่อนการยิงตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อ
- 1.6 สามารถใช้งานได้ 300 ครั้ง

4.3 อุปกรณ์ประกอบร่วมกับเซตเครื่องมือ

1. แกนต่อเครื่องมือตัดและเย็บเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติ (SIGNIA™ LINEAR ADAPTER) จำนวน 1 ชิ้น

- 1.1 สามารถประกอบร่วมกับ ด้ามเครื่องมือตัดและเย็บเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติด้วยระบบพลังงานแบตเตอรี่ (SIGNIA™ POWER HANDLE) และฝาครอบด้ามเครื่องมือ (SIGNIA™ POWER SHELL)
- 1.2 สามารถประกอบร่วมกับตลับบรรจุลวดเย็บและตัดเนื้อเยื่อได้ทุกขนาดความยาว, ทุกขนาดความหนาของเนื้อเยื่อ
- 1.3 สามารถนำมาใช้ในครั้งถัดไปได้ (REUSABLE) โดยวิธีทำความสะอาดแบบปราศจากเชื้อ
- 1.4 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ 12 มม.
- 1.5 สามารถใช้งานได้ 50 ครั้ง

2. เครื่องชาร์จด้ามเครื่องมือตัดและเย็บเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติด้วยระบบพลังงานแบตเตอรี่ (SIGNIA™ SINGLE-BAY CHARGER) จำนวน 1 ชิ้น

- 2.1 ใช้สำหรับชาร์จด้ามเครื่องมือตัดและเย็บเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติด้วยระบบพลังงานแบตเตอรี่ (SIGNIA™ POWER HANDLE) เท่านั้น
- 2.2 มีไฟ LED บอสถานะของการชาร์จ

ลงชื่อ.....นางสาวกมลรัตน์ จินตนาวิลาศ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุชาดา วิภาวาท กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวกิตติยา ผลึกเพชร กรรมการ

3. ตัวนำสำหรับการใส่ด้ามเครื่องมือ (SIGNIA™ REUSABLE INSERTION GUIDE) จำนวน 1 ชิ้น
 - 3.1 ใช้สำหรับเป็นตัวนำเพื่อป้องกันการ contamination ระหว่างด้ามเครื่องมือตัดและเย็บเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติด้วยระบบพลังงานแบดเตอร์ (SIGNIA™ POWER HANDLE) และ ฝาครอบด้ามเครื่องมือ (SIGNIA™ POWER SHELL)
 - 3.2 สามารถนำมาใช้ในครั้งถัดไปได้ (REUSABLE) โดยการทำความสะอาดแบบปราศจากเชื้อ
4. อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของแกนต่อเครื่องมือ (SIGNIA™ MANUAL RETRACTION TOOL) จำนวน 1 ชิ้น
 - 4.1 ใช้ควบคุมการทำงานของแกนต่อเครื่องมือตัดและเย็บเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติ (SIGNIA™ LINEAR ADAPTER)
 - 4.2 สามารถนำมาใช้ในครั้งถัดไปได้ (REUSABLE) โดยการทำความสะอาดแบบปราศจากเชื้อ
5. ถาดบรรจุเชื้อเครื่องมือ (SIGNIA™ STERILIZATION TRAY) จำนวน 1 ชิ้น
 - 5.1 ใช้สำหรับบรรจุเชื้อเครื่องมือตัดและเย็บเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติ ด้วยระบบพลังงานแบดเตอร์ ในการทำให้ปราศจากเชื้อ (STERILIZATION)
 - 5.2 สามารถนำเข้าเครื่องทำความสะอาดแบบปราศจากเชื้อแบบวิธีนึ่งไอน้ำ (STEAM AUTOCLAVE)

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

1. วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ 499,690.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
2. ราคากลาง 499,690.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

8. งานงวดและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว

9. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

ลงชื่อ.....นางสาวกมลรัตน์ จินตนาวิลาส ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุชาดา วิภาวาท กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวกิตติยา ผลึกเพชร กรรมการ

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

1. รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจรับพัสดุครบเป็นต้นไป
2. ภายในระยะเวลารับประกัน หากเครื่องมือมีปัญหา หรือ ชำรุด ภายใต้การใช้งานปกติ บริษัทต้องเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้กับโรงพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่า

11. เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
2. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
3. ผู้จำหน่ายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเสนอราคา
4. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแคตตาล็อกแสดงคุณสมบัติ ตามที่โรงพยาบาลกำหนดแสดงในวันยื่นเสนอราคา
5. ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมาย ระบุชื่อ หัวข้อ ในรายละเอียดของแคตตาล็อกให้ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่โรงพยาบาลกำหนดให้ชัดเจน

ลงชื่อ.....นางสาวกมลรัตน์ จินตนาวิลาศ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุชาดา วิภาวกันต์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวกิตติยา ผลึกเพชร กรรมการ