

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ตามสลายต่อกระจก จำนวน ๒ ชั้น

๑. ชื่อโครงการ...จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์...ตามสลายต่อกระจก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...โรงพยาบาลกระบี่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๓๓๐,๐๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕... ดังนี้

- ตามสลายต่อกระจก จำนวน ชั้น ราคาชั้นละ ๑๖๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รวมเป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ตามสลายต่อกระจก

}

- บริษัท บอช แอนด์ ลอมป์ (ประเทศไทย) จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางสาวปาริดา โยธารักษ์

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานกรรมการ

๒. นางสาวสุชาดา วิภวกันต์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

๓. นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ด้ามสลายต่อกระจก จำนวน 2 ชิ้น
โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

ความต้องการ

ด้ามจับสำหรับสลายต่อกระจกผ่านเครื่องสลายต่อกระจก

วัตถุประสงค์

เพื่อต่อกับเครื่องสลายต่อกระจก สลายเลนส์ต่อกระจกผ่านด้ามจับ

คุณลักษณะทั่วไป

ตัวด้ามสลายต่อกระจกเป็นรุ่นที่สามารถใช้กับเครื่อง Phaco รุ่น Stellaris โดยไม่ทำให้เครื่องเสียหาย

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ตัวด้ามสลายต่อกระจกใช้ความถี่ 28.5 KHz
2. ตัวด้ามทำจากไททานเนียมมี Irrigation port ที่มีข้อต่อแบบ Surelock เพื่อป้องกัน สายน้ำหลุด และมี Aspiration Port และ Power cord
3. ตัวด้ามสามารถนำไปฆ่าเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
2. สินค้ารับประกัน 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ
3. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
4. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและอังกฤษอย่างละ 1 ชุด

ลงชื่อ.....นางสาวปาริดา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุชาดา วิภาวกันต์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง .กรรมการ