

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจแบบวีดีทัศน์ขนาดเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ชื่อโครงการ...จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจแบบวีดีทัศน์ขนาดเล็ก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ...๑๑ มกราคม ๒๕๖๖... ดังนี้

- เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจแบบวีดีทัศน์ขนาดเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง
เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ราคากลาง กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งโรงพยาบาลกระบี่

ที่ ๑/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖

๔.๒ สืบราคาจากท้องตลาด เช่น บริษัท/ห้าง/ร้าน

- บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จำกัด
- บริษัท เวิลด์เมด เทรตติ้ง จำกัด
- บริษัท เมดิเทคเทรตติ้ง จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางวรลักษณ์ รามดิษฐ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

๒. นางอารีย์ กำจรจักร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

๓. นางสมใจ เอ่อง้วน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจแบบวีดิทัศน์ขนาดเล็ก จำนวน ๑ เครื่อง
โรงพยาบาลกระบี่

1. คุณสมบัติทั่วไป

ใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะใส่ท่อหายใจยาก เพื่อให้สามารถใส่ท่อได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและลดการบาดเจ็บต่อระบบทางเดินหายใจส่วนต้น

2. คุณสมบัติเฉพาะ

2.1 เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ พร้อมจอภาพแสดงผล มีคุณสมบัติดังนี้

2.1.1 มีจอแสดงภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้ว มีอัตราส่วนความละเอียดไม่น้อยกว่า 640*480 RGB

2.1.2 มีปุ่มกดถ่ายภาพ และ บันทึกวีดิโอ

2.1.3 สามารถเก็บข้อมูลได้ 8 G

2.1.4 ส่วนปรับมุมสามารถปรับมุมขึ้นลงได้ 140 องศา ปรับมุมซ้ายขวาได้ 180 องศา

2.1.5 มีหลอดไฟส่องสว่างแบบ LED

2.2 ชุดใส่ท่อหายใจ (Laryngoscope) มีคุณสมบัติดังนี้

2.2.1 เบลดทำด้วยวัสดุสแตนเลส มีความคงทน แข็งแรง น้ำหนักเบา สามารถทำความสะอาดปราศจากเชื้อได้

2.2.2 มีกล้องรับภาพความละเอียด 2 ล้านพิกเซล

2.2.3 กล้องรับภาพมีระบบป้องกันการเกิดฝ้า (Anti-Fogging)

2.2.4 กล้องสามารถใช้งานร่วมกับ เบลด ได้ไม่น้อยกว่า 6 ขนาด เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดตัวผู้ป่วย

2.3 มีแบตเตอรี่ชาร์จได้ชนิดลิเธียมไอออน ใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 120 ถึง 150 นาที

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

3.1 เบลด จำนวน 3 ชิ้น

3.2 จอแสดงภาพขนาด 3.5 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น

3.3 สายชาร์จ Battery จำนวน 1 ชิ้น

4. เงื่อนไขเฉพาะ

4.1 รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี อันเกิดจากการบกพร่องจากการผลิตในโรงงาน

4.2 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา

4.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและได้หนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยมีเอกสารมาแสดง

4.4 กำหนดส่งมอบ 120 วัน

ลงชื่อ.....นางวรลักษณ์ รามดิษฐ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางอารีย์ กำจรจักร์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสมใจ เองฉ้วน กรรมการ