

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  
กล้องส่องตรวจและผ่าตัดนิ่วในท่อไต จำนวน ๑ ชุด

๑. ชื่อโครงการ...จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์...กล้องส่องตรวจและผ่าตัดนิ่วในท่อไต  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖... ดังนี้  
- กล้องส่องตรวจและผ่าตัดนิ่วในท่อไต จำนวน ๑ ชุด รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
- กล้องส่องตรวจและผ่าตัดนิ่วในท่อไต จำนวน ๑ ชุด  
สืบราคาจากห้องตลาด ๓ บริษัท  
๑. บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด  
๒. บริษัท สยามแพคตอรี จำกัด  
๓. บริษัท บี เอ็ม ที เซลล์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายกิติภัทท์	วิจารณ์	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางกุลทรัพย์	เจริญเอกประภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวสุดารัตน์	วิวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
กล้องส่องตรวจและผ่าตัดนิ้วในท่อไต จำนวน 1 ชุด  
โรงพยาบาลกระบี่

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน  
ใช้สำหรับส่องตรวจและรักษาภายในท่อไต โดยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง
2. คุณสมบัติทั่วไป- 2.1 เป็นเครื่องมือสำหรับส่องตรวจท่อไต
- 2.2 ทำด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิม
3. คุณสมบัติทางเทคนิค- 3.1 หัวกล้องมีมุมมองในการรับภาพกว้าง ลาดเอียงทำมุมไม่น้อยกว่า 5 องศา
- 3.2 มีความยาวของช่องใช้งานไม่น้อยกว่า 430 มิลลิเมตร
- 3.3 ตัวกล้องมีความยาวรวมทั้งหมดไม่เกิน 600 มิลลิเมตร
- 3.4 สามารถทำการฆ่าเชื้อได้โดยวิธีการแช่น้ำยา หรืออบไอน้ำความดันสูงได้ (Autoclave)
- 3.5 ที่ตัวกล้องมีจุดสำหรับต่อชุดรับสัญญาณภาพเพื่อนำภาพออกจอแสดงผล
- 3.6 ขนาดของตัวกล้องสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ขนาด คือ ส่วนปลายมีขนาดไม่น้อยกว่า 6 Fr. และตัวกล้องมีขนาดไม่เกิน 7.5 Fr.
- 3.7 มีช่องสำหรับใส่เครื่องมือ ขนาด 4 Fr. ได้ 1 ชิ้น หรือขนาด 2.4 Fr. ได้ 2 ชิ้น
- 3.8 มีจุดสำหรับต่อน้ำเข้าและน้ำออก จำนวน 2 จุด ยึดติดอยู่กับตัวเลนส์ และสามารถควบคุมความแรงของน้ำได้จากการปิดเปิดก๊อกทั้ง 2 ด้าน
4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน- 4.1 ปากคิบบกอนนิ้ว หือเนื้อเยื่อ จำนวน 1 ชิ้น
4. เงื่อนไขเฉพาะ- 4.1 รับประกันคุณภาพ 1 ปี
- 4.2 มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากทางโรงงานผู้ผลิต
- 4.3 มีช่างผ่านการอบรมจากทางโรงงานสามารถซ่อมเครื่องให้ได้
- 4.4 บริษัท จะมีการสาธิต วิธีการใช้งานเครื่องให้กับทางโรงพยาบาล

ลงชื่อ..... นายกิติภัทท์ วิจารณ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางกุลทรัพย์ เจริญเอกประภา กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุดารัตน์ วิวัฒน์ กรรมการ