

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ชุดผ่าตัดตาต่อกระจก จำนวน ๑ ชุด

๑. ชื่อโครงการ...จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดตาต่อกระจก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๒๐๒,๗๐๐.-บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...๓ เมษายน ๒๕๖๖.....ดังนี้
- ชุดผ่าตัดตาต่อกระจก จำนวน ๑ ชุด
รวมเป็นเงิน ๒๐๒,๗๐๐.-บาท (สองแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ชุดผ่าตัดตาต่อกระจก จำนวน ๑ ชุด
สืบราคาจากท้องตลาด ๓ บริษัท
- บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อี.เมดิคอล

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางสาวปาริตา โยธารักษ์	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวพัชรภรณ์ แสงอำไพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดผ่าตัดตาต่อกระจก จำนวน 1 ชุด
โรงพยาบาลกระบี่

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

1.1 เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดตา เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับโรคทางตา

2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 เป็นเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดทั่วไปทำจากโลหะปลอดสนิม

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 3.1 E1796 ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบคาสโตรวีจี้ มีพื้นขนาด 0.12 มม. แบบ 1 x 2 เขี้ยว จำนวน 1 ชิ้น
ปลายตรงพร้อมแพลตฟอร์ม มีพื้นที่จับ ยาว 5.5 มม. ด้ามจับแบบร่องฟันปลา
ความยาวทั้งหมด 108 มม.
- 3.2 E2002C ปากคีบสำหรับฉีกถุงหุ้มเลนส์ แบบ “เลนอร์-ยูทาทำ” ปลายงอแล้วโค้ง จำนวน 1 ชิ้น
ที่ปลายเป็นจอยแหลมสำหรับจิกลงบนถุงหุ้มเลนส์พร้อมร่องตะเข้ป้องกันการลื่นเวลาจับ
ด้ามจับแบนพร้อมร่องกระชับมือ ความยาวทั้งหมด 80 มม.
- 3.3 E2002 ปากคีบสำหรับฉีกถุงหุ้มเลนส์ แบบ “ยูทาทำ” ปลายงอ ยาว 12 มม. จำนวน 1 ชิ้น
ที่ปลายเป็นจอยแหลมสำหรับจิกลงบนถุงหุ้มเลนส์พร้อมร่องตะเข้ป้องกันการลื่นเวลาจับ
ด้ามจับแบนพร้อมร่องกระชับมือ ความยาวทั้งหมด 80 มม.
- 3.4 E0713 ขอบเปอร์เลนส์สำหรับเทคนิค “สตอปแอนด์ชอป” ปลายงอ ยาว 1.5 มม. จำนวน 1 ชิ้น
ด้ามจับทรงกลม ความยาวทั้งหมด 112 มม.
- 3.5 6-250 ขอเกี่ยวเลนส์แบบซินสกี ปลายงอยาว 0.18 มม. ของงอ ยาว 10 มม. จำนวน 1 ชิ้น
ด้ามจับทรงกลมยาวทั้งหมด 119 มม. ทำจากไทเทเนียม
- 3.6 E0489 ที่ปาดตา Cyclodialysis แบบคาสโตรวีจี้ ปลาย 2 ขนาด 0.5 x 10 มม. จำนวน 1 ชิ้น
และ 0.5 x 15 มม. ปลายโค้ง ด้ามจับเป็นสี่เหลี่ยมพร้อมร่องฟันปลา ความยาวทั้งหมด 138 มม.
- 3.7 E3828CW ที่จับเข็มขนาด 10-0 แบบ BARRAQUER ปลายโค้ง ขนาด 9 มม. จำนวน 2 ชิ้น
แบบล๊อคได้ ด้ามจับทรงกลม ความยาวทั้งหมด 133 มม.
- 3.8 E4106 ลวดถ่างเปลือกตา “บาร์ราแคร้” แบบปลายปิดกว้าง 14 มม. จำนวน 1 ชิ้น
สำหรับเกี่ยวเปลือกตาถ่างได้ 18 มม. ความยาวทั้งหมด 38 มม.
- 3.9 E4922 หัวเข็มขนาด 19 เกจ สำหรับปล่อยน้ำแบบ BISHOP-HARMON จำนวน 1 ชิ้น
ปลายงอ 30 องศา ยาว 5 มม. ความยาวทั้งหมด 25 มม.

ลงชื่อ.....นางสาวปาริดา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวพัชราภรณ์ แสงอำไพ กรรมการ

- 3.10 E4944 ลูกยางใส่น้ำสำหรับฉีดน้ำหล่อเลี้ยงตา ขณะทำการผ่าตัด
ทำจากซิลิโคนเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 63 มม. จำนวน 1 ชิ้น
- 3.11 E4942 ตัวต่อกับลูกยางและหัวเข็ม สำหรับเป็นชุดฉีดน้ำหล่อเลี้ยงตา
ขณะทำการผ่าตัด ยาว 22 มม. จำนวน 1 ชิ้น
- 3.12 E1815 AB ปากคีบจับเลนส์ แบบ BECHERT-MCPHERSON ปลายงอ 45 องศา
มีพื้นที่จับยาว 10 มม. (platform) ความยาวทั้งหมด 83 มม. จำนวน 1 ชิ้น
- 3.13 E4041 ที่ถ่างเปลือกตา Castroviejo โดย blades เป็นแบบ
Fenestrated ใช้ระบบ Screw-control ในการถ่างตา พื้นที่จับเปลือกตาเพื่อถ่าง
ขนาด 14 มม. ถ่างได้ 31 มม. ความยาวทั้งหมด 82 มม. จำนวน 1 ชิ้น
- 3.14 E3388 GWL ที่ถ่างเปลือกตา Castroviejo โดย blades เป็นแบบ
Fenestrated ใช้ระบบ Screw-control ในการถ่างตา พื้นที่จับเปลือกตาเพื่อถ่าง
ขนาด 14 มม. ถ่างได้ 31 มม. ความยาวทั้งหมด 82 มม. จำนวน 1 ชิ้น
- 3.15 E1506 ปากคีบแบบบิชอป ฮาร์มอนปลายตรง ที่มีร่องไขว้สลับด้ามจับแบน
มีรูตรงกลางเพื่อเพิ่มความกระชับในการจับ พร้อมขีดเงา ความยาวทั้งหมด 86 มม. จำนวน 1 ชิ้น
- 3.16 E1947 3C ปากคีบแบบจิวเวลเลอร์ปลายตรงแหลมแบบ extra fine point tips
ด้ามจับแบนเรียบความยาวทั้งหมด 110 มม. จำนวน 2 ชิ้น
- 3.17 E7416 1 ถาดใส่เครื่องมือสแตนเลส ขนาด 20.95 x 20.95 x 4.45 ซม.
จุเครื่องมือได้ประมาณ 15 ชิ้น ด้านล่างสามารถเก็บสายต่อปากคีบไบโพล่า หรือด้าม I/A
กล่องมีความทนทานและน้ำหนักเบา พร้อมมีแผ่นซิลิโคนสำหรับวางเครื่องมือ
และป้องกันเครื่องมือ มีระบบล็อกที่ปลอดภัย ป้องกันการเปิดได้โดยไม่ตั้งใจ จำนวน 1 ชิ้น
4. เงื่อนไขเฉพาะ
1. รับประกันคุณภาพ 2 ปี
 2. เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

ลงชื่อ.....นางสาวปาริตา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวพัชราภรณ์ แสงอำไพ กรรมการ