

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
หลอดกำเนิดเอกซเรย์ สำหรับใช้กับเครื่อง CT Scan จำนวน ๑ หลอด

๑. ชื่อโครงการ...จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หลอดกำเนิดเอกซเรย์ สำหรับใช้กับเครื่อง CT Scan จำนวน ๑ หลอด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

- หลอดกำเนิดเอกซเรย์ สำหรับใช้กับเครื่อง CT Scan จำนวน ๑ หลอด
เป็นเงิน...๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. บริษัท ซี เอ็ม ซี ไปโอเท็ค จำกัด
๒. บริษัท ทองไทย โฮลดิ้ง จำกัด
๓. บริษัท ฮอสพิเมดิคัล ซิสเต็ม จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางสาวชนากานต์ บุญมณี	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางประภาพร ถาวรภูวนนท์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวอลิษา จันท์ศรี	นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ

ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หลอดกำเนิดเอกซเรย์ สำหรับใช้กับเครื่อง CT Scan จำนวน ๑ หลอด
โรงพยาบาลกระบี่

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หลอดกำเนิดเอกซเรย์ สำหรับใช้กับเครื่อง CT Scan จำนวน ๑ หลอด

๒. วัตถุประสงค์

สำหรับใช้งานกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ รุ่น Aquilion/Lightning SP

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ

๑. เป็นหลอดเอกซเรย์ที่มีขนาดแรงดันสูงสุด (Maximum Tube Voltage) ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ kV. และกระแสสูงสุด (Maximum tube current) ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ mA (๑๒๐kV)
๒. หลอดเอกซเรย์ที่ใช้ ต้องมีคุณสมบัติ
 - ขนาด Small Focus ไม่มากกว่า ๐.๙ x ๐.๗ mm.
 - ขนาด Large Focus ไม่มากกว่า ๑.๔ x ๑.๔ mm.

ลงชื่อ.....นางสาวชนากานต์ บุญมณี ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางประภาพร ถาวรภูวนนท์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวอลิษา จันทร์ศรี กรรมการ

- ความจุความร้อนของแอโนด (Anode heat capacity) ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ kWh
- อัตราการระบายความร้อนของแอโนด (Actual anode cooling rate:) ๔๘๑.๘ Kwh/min (๕.๗ kW)

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๑. วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๒. ราคาากลาง ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๘. งานงวดและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันคุณภาพ ๑ ปี หรือ ๔๐,๐๐๐ สไลด์ หรือ อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน

๑๑. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ต้องติดตั้งโดยวิศวกรที่ได้รับการรับรองจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง
๒. เป็นหลอดใหม่ และไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
๓. ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายและระบุชื่อหรือหัวข้อในรายละเอียดของแคตตาล็อกและเอกสารที่

นำเสนอตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะที่โรงพยาบาลกำหนดให้ชัดเจน

ลงชื่อ..........นางสาวชนากานต์ บุญมณี ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........นางประภาพร ถาวรภูวนนท์ กรรมการ

ลงชื่อ..........นางสาวลิษา จันท์ศรี กรรมการ