

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ชุด Motor drill จำนวน ๑ ชุด

๑. ชื่อโครงการ...จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์...ชุด Motor drill

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๒๕๐,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่...๕... กรกฎาคม ๒๕๖๖

- ชุด Motor drill จำนวน ๑ ชุด

เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- บริษัท พีวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิราเคิลแอนด์บาเธอร์
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์เมดิคอล กรุ๊ป

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายปฐม	สกลกิติวัฒน์	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางสุภาณี	สองเมือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวณัชชา	จันทร์ดี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ

ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุด Motor drill จำนวน ๑ ชุด
โรงพยาบาลกระบี่

๑. ความเป็นมา


ด้วยโรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุด Motor drill จำนวน ๑ ชุด


๒. วัตถุประสงค์


เครื่องมือเตอร์ไฟฟ้าสำหรับงานศัลยกรรมกระดูก

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

ลงชื่อ..........นายปฐม สกลกิติวัฒน์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........นางสุภาณี สองเมือง กรรมการ

ลงชื่อ..........นางสาวณัชชา จันทรดี กรรมการ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ

คุณสมบัติทั่วไป

๑. ใช้งานระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 โวลต์ ความถี่ 50/60 เฮิร์ตซ์
๒. มอเตอร์และด้ามจับสามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ (Autoclave)

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. ไมโครมอเตอร์ขนาดเล็กชนิดควบคุมการทำงานด้วยเท้า (Foot Control) ให้ความเร็ว รอบสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ รอบต่อนาที พร้อมสายความยาวไม่น้อยกว่า ๓.๕ เมตร จำนวน ๑ ชิ้น
๒. ด้ามจับแบบโค้ง ขนาดไมโคร ให้ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ รอบต่อนาที ส่วนการ ใช้งานมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๕.๕ มิลลิเมตร และส่วนที่ใช้งานมีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
๓. หัวกรอชนิดกลม แบบสันพิเศษ ขนาดหัวกรอไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
๔. หัวกรอชนิดกลม แบบสันพิเศษ ขนาดหัวกรอไม่น้อยกว่า ๕.๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
๕. หัวกรอชนิด Fissure แบบสันพิเศษ ขนาดหัวกรอไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
๖. Drill ชนิด Wire Pass Drill แบบสันพิเศษ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชิ้น

๗. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๙. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๑. วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒. ราคาากลาง ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๐. งานงวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว

๑๑. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

ลงชื่อ.....นายปฐม สกลกิติวัฒน์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสุภาณี สองเมือง กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวณัชชา จันทร์ดี กรรมการ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันรับมอบหมายของครบเป็นต้นไป พร้อมทั้งมีการตรวจเช็คสภาพของเครื่องทุกๆ ๖ เดือนภายในระยะเวลาประกัน และหากในระยะเวลาประกันเกิดความขัดข้องด้วยประการใดๆ อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ต้องทำการแก้ไขทันที หากต้องใช้เวลาในการแก้ไขเกิน ๗ วันทำการ ต้องมีเครื่องมาใช้งานทดแทนโดยผู้ซื้อไม่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

๒. ในกรณีที่เครื่องบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้และผู้ขายได้ทำการแก้ไขหรือทำการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์แล้ว แต่เครื่องยังไม่สามารถใช้งานได้ตามข้อบ่งชี้ของเครื่องหรือตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ขายต้องทำการเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่โดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพการใช้งานปกติ

๑๑. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๒. มีคู่มือการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ชุด
๓. ผู้จำหน่ายจะฝึกสอนผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจนสามารถใช้เครื่องได้ถูกต้องก่อน
๔. ผู้จำหน่ายต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย
๕. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกแสดงคุณสมบัติและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด แสดงในวันยื่นเสนอราคา
๖. ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายหรือระบุชื่อหรือหัวข้อในรายละเอียดของแคตตาล็อกและเอกสารที่นำเสนอตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะที่โรงพยาบาลกำหนดให้ชัดเจน

ลงชื่อ..........นายปลูม สกกลิตวิวัฒน์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........นางสุภาณี สองเมือง กรรมการ

ลงชื่อ..........นางสาวฉันทา จันทรดี กรรมการ