

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
 ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  
 เครื่องตรวจจอประสาทตา indirect ophthalmoscope จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ชื่อโครงการ...จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์...เครื่องตรวจจอประสาทตา...indirect ophthalmoscope

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑๘๐,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่...๑๐...กรกฎาคม ๒๕๖๖

- เครื่องตรวจจอประสาทตา indirect ophthalmoscope จำนวน ๑ เครื่อง  
เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- บริษัท ออฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
- บริษัท บีบีเอส ไอเดีย จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์นิสา

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางสาวปาริตา โยธารักษ์	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวธัญพร ศรีเบญจภานนท์	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางลัดดา วงศ์สาโรจน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ

ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจจอประสาทตา indirect ophthalmoscope จำนวน ๑ เครื่อง

โรงพยาบาลกระบี่

๑. ความเป็นมา

เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจจอประสาทตาทางอ้อม ชนิดมอง ๒ ตา แบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

๒. วัตถุประสงค์

สำหรับใช้ตรวจจอประสาทตาทางอ้อม (Indirect Ophthalmoscope) โดยสามารถตรวจได้ทั้งผู้ป่วยที่ขยายม่านตาและผู้ป่วยที่รูม่านตาขนาดเล็ก

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

ลงชื่อ.....นางสาวปาริตา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวฉันทพร ศรีเบญจกานนท์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางลัดดา วงศ์สาโรจน์ กรรมการ

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ

๑. เป็นเครื่องส่องตรวจแบบสวมศีรษะ ชนิด ๒ ตา สามารถตรวจได้ทุกขนาดของรูม่านตา
๒. ที่สวมศีรษะ (Headband) สามารถปรับขนาดได้ทั้งความสูง และกว้าง ซึ่งมีลูกบิดอยู่ด้านบนและด้านหลัง พร้อมทั้งมีแผ่นรองรับลักษณะนิ่มติดอยู่ ๓ จุด คือ ด้านบน, ด้านหลัง, และด้านหน้า เพื่อกระชับศีรษะผู้ตรวจ
๓. สามารถปรับยกหัวส่องตรวจขึ้นพักเหนือศีรษะได้เมื่อไม่ต้องการใช้งาน พร้อมทั้งล็อก
๔. มีปุ่มจับสำหรับปรับมุมเอียงขึ้นลง ของทิศทางของแสงในการส่องตรวจ (Mirror Angle Control) ติดตั้งอยู่ด้านข้างทั้ง ๒ ด้าน ของหัวส่องเพื่อปรับลำแสงให้เหมาะสมในการตรวจ
๕. มีปุ่มปรับเพื่อเลือกขนาดของลำแสงในการส่องตรวจได้ คือ ขนาดใหญ่, ขนาดกลาง , ขนาดเล็กอยู่ด้านเดียวกัน และมีระบบ Intelligent Optic System (IOS) ทำให้การมองเห็นเป็นแบบ ๓ มิติ ในทุก ๆ ขนาดของการปรับลำแสง
๖. มีปุ่มปรับเลือกแผ่นกรองแสง (Filter) คือ Cobalt Blue, Red Free, Open Aperture และแบบพิเศษกระจายแสงให้มองภาพได้มุมกว้างขึ้นและเห็นรายละเอียดชัดเจนขึ้น (Wide Angle Diffuser)
๗. สามารถปรับช่องมอง (Eye Piece) ทั้ง ๒ ข้าง อย่างอิสระได้ตั้งแต่ ๔๘ ถึง ๗๖ มิลลิเมตร
๘. มีเลนส์ที่มีกำลังขยายขนาด ๑.๖ เท่า ซึ่งสามารถถอดประกอบได้และเมื่อใช้ร่วมกับเลนส์ขนาด ๒๐ ไดออพเตอร์ จะมีกำลังขยายสูงประมาณ ๕ เท่า
๙. มีปุ่มปรับความสว่างของแสงติดอยู่ที่หัว Head Band
๑๐. มี Battery แบบไร้สาย Lithium Polymer น้ำหนักประมาณ ๕๓ กรัม
๑๑. สามารถใช้ได้ทั้ง หลอดไฟแบบ Halogen หรือ แบบ LED

อุปกรณ์ประกอบ

- |   |              |
|---|--------------|
| ๑. มีชุดแปลงไฟ (Adapter Power Supply)                               | จำนวน ๑ ชุด  |
| ๒. มีกระเป๋าบรรจุเครื่องมือทั้งหมด                                  | จำนวน ๑ ใบ   |
| ๓. มีกระจกสอนนักศึกษาแบบดูได้พร้อมกันทั้ง ชาย-ขวา (Teaching Mirror) | จำนวน ๑ อัน  |
| ๔. มีที่กดลูกตา ขนาดใหญ่ (Large Depressor)                          | จำนวน ๑ อัน  |
| ๕. มีที่กดลูกตา ขนาดเล็ก (Small Depressor)                          | จำนวน ๑ อัน  |
| ๖. มี Fundus Charts   | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๗. มีดินสอสี  | จำนวน ๑ ชุด  |

ลงชื่อ.....นางสาวปาริตา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวฉันทพร ศรีเบญจกานนท์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางลัดดา วงศ์สาโรจน์ กรรมการ

๘. เลนส์ Volk ๒๐ D.	จำนวน ๑ อัน
๙. มีเลนส์ที่มีกำลังขยาย ๑.๖ เท่า (HiMag)	จำนวน ๑ อัน
๑๐. แบตเตอรี่แบบ Rechargeable	จำนวน ๑ ชุด
๑๑. คู่มือการใช้งาน	จำนวน ๑ เล่ม
๑๒. มีที่แขวน Head Band ติดกับผนัง	จำนวน ๑ ชุด

**๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ**

ส่งมอบพัสดุภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

ใช้เกณฑ์ราคา

**๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร**

๑. วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๑๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๒. ราคาากลาง ๑๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

**๘. งวดงานและการจ่ายเงิน**

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว


**๙. อัตราค่าปรับ**


กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ


**๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง**

๑. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันรับมอบหมายของครบเป็นต้นไป และหากในระยะเวลาประกันเกิดความขัดข้องด้วยประการใดๆ อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ต้องทำการแก้ไขทันที หากต้องใช้เวลาในการแก้ไขเกิน ๗ วันทำการ ต้องมีเครื่องมาใช้งานทดแทนโดยผู้ซื้อไม่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

๒. ในกรณีที่เครื่องบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้และผู้ขายได้ทำการแก้ไขหรือทำการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์แล้ว แต่เครื่องยังไม่สามารถใช้งานได้ตามข้อบ่งชี้ของเครื่องหรือตามความต้องการของผู้ใช้ ผู้ขายต้องทำการเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่โดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพการใช้งานปกติ

ลงชื่อ..........นางสาวปาริดา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........นางสาวอัญพร ศรีเบญจมานนท์ กรรมการ

ลงชื่อ..........นางลัดดา วงศ์สาโรจน์ กรรมการ

๑๑. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๒. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกแสดงคุณสมบัติและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด แสดงในวันยื่นเสนอราคา
๓. ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายหรือระบุชื่อหรือหัวข้อในรายละเอียดของแคตตาล็อกและเอกสารที่นำเสนอตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะที่โรงพยาบาลกำหนดให้ชัดเจน

ลงชื่อ.....นางสาวปาริตา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวธัญพร ศรีเบญจกานนท์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางลัดดา วงศ์สาโรจน์ กรรมการ