

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ชุดผ่าตัดตาต่อกระจก จำนวน ๑ ชุด

๑. ชื่อโครงการ...จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดตาต่อกระจก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๒๐๒,๗๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

- ชุดผ่าตัดตาต่อกระจก จำนวน ๑ ชุด

เป็นเงิน ๒๐๒,๗๐๐.- บาท (สองแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อี.เมดิคอล

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางสาวปาริตา โยธารักษ์	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางศุภรัตน์ ชูเมือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางทิพภาพร สกุลมานนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดตาต่อกระจก จำนวน ๑ ชุด
โรงพยาบาลกระบี่

๑. ความเป็นมา

เป็นเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดทั่วไปทำจากโลหะปลอดสนิม

๒. วัตถุประสงค์

เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับใช้ในการผ่าตัดตา เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับโรคทางตา

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ

- ๔.๑ E๑๗๙๖ ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบคาสโตรวิจี้ มีพื้นขนาด ๐.๑๒ มม. แบบ ๑ x ๒ เขี้ยว จำนวน ๑ ชิ้น
ปลายตรงพร้อมแพลตฟอร์ม มีพื้นที่จับ ยาว ๕.๕ มม. ด้ามจับแบบร่องฟันปลา
ความยาวทั้งหมด ๑๐๘ มม.

ลงชื่อ.....นางสาวปาริตา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง กรรมการ

ลงชื่อ.....นางทิพภาพร สกุลมานนท์ กรรมการ

- ๔.๒E๒๐๐๒C ปากคีบสำหรับฉีกถุงหุ้มเลนส์ แบบ “เลนเนอร์-ยูทาทำ” ปลายงอแล้วโค้ง จำนวน ๑ ชิ้น
ที่ปลายเป็นจอยแหลมสำหรับจิกลงบนถุงหุ้มเลนส์พร้อมร่องทะแยงป้องกันการลื่นเวลาจับ
ด้ามจับแบนพร้อมร่องกระชับมือ ความยาวทั้งหมด ๘๐ มม.
- ๔.๓E๒๐๐๒ ปากคีบสำหรับฉีกถุงหุ้มเลนส์ แบบ “ยูทาทำ” ปลายงอ ยาว ๑๒ มม. จำนวน ๑ ชิ้น
ที่ปลายเป็นจอยแหลมสำหรับจิกลงบนถุงหุ้มเลนส์พร้อมร่องทะแยงป้องกันการลื่นเวลาจับ
ด้ามจับแบนพร้อมร่องกระชับมือ ความยาวทั้งหมด ๘๐ มม.
- ๔.๔E๐๗๑๓ ซอบเปอร์เลนส์สำหรับเทคนิค “สต็อปปแอนด์ซอป” ปลายงอ ยาว ๑.๕ มม. จำนวน ๑ ชิ้น
ด้ามจับทรงกลม ความยาวทั้งหมด ๑๑๒ มม.
- ๔.๕๖-๒๕๐ ขอเกี่ยวเลนส์แบบซินสกี ปลายงอยาว ๐.๑๘ มม. ของงอ ยาว ๑๐ มม. จำนวน ๑ ชิ้น
ด้ามจับทรงกลมยาวทั้งหมด ๑๑๙ มม. ทำจากไทเทเนียม
- ๔.๖E๐๔๘๘ ที่ปาดตา Cyclo dialysis แบบคาสโตรวีโจ ปลาย ๒ ขนาด ๐.๕ x ๑๐ มม. จำนวน ๑ ชิ้น
และ ๐.๕ x ๑๕ มม. ปลายโค้ง ด้ามจับเป็นสี่เหลี่ยมพร้อมร่องฟันปลา ความยาวทั้งหมด ๑๓๘ มม.
- ๔.๗E๓๘๒๘CW ที่จับเข็มขนาด ๑๐-๐ แบบ BARRAQUER ปลายโค้ง ขนาด ๙ มม. จำนวน ๒ ชิ้น
แบบล๊อคได้ ด้ามจับทรงกลม ความยาวทั้งหมด ๑๓๓ มม.
- ๔.๘E๔๑๐๖ ถวด่างเปลือกตา “บาร์ราแคร์” แบบปลายปิดกว้าง ๑๔ มม. จำนวน ๑ ชิ้น
สำหรับเกี่ยวเปลือกตาด่างได้ ๑๘ มม. ความยาวทั้งหมด ๓๘ มม.
- ๔.๙E๔๙๒๒ หัวเข็มขนาด ๑๙ เกจ สำหรับปล่อยน้ำแบบ BISHOP-HARMON จำนวน ๑ ชิ้น
ปลายงอ ๓๐ องศา ยาว ๕ มม. ความยาวทั้งหมด ๒๕ มม.
- ๔.๑๐ E๔๙๔๔ ลูกยางใส่น้ำสำหรับฉีดน้ำหล่อเลี้ยงตา ขณะทำการผ่าตัด จำนวน ๑ ชิ้น
ทำจากซิลิโคนเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๕ มม. ยาว ๖๓ มม.
- ๔.๑๑ E๔๙๔๒ ตัวต่อกับลูกยางและหัวเข็ม สำหรับเป็นชุดฉีดน้ำหล่อเลี้ยงตา จำนวน ๑ ชิ้น
ขณะทำการผ่าตัด ยาว ๒๒ มม.
- ๔.๑๒ E๑๘๑๕ AB ปากคีบจับเลนส์ แบบ BECHERT-MCPHERSON ปลายงอ ๔๕ องศา จำนวน ๑ ชิ้น
มีพื้นที่จับยาว ๑๐ มม. (platform) ความยาวทั้งหมด ๘๓ มม.
- ๔.๑๓ E๔๐๔๑ ที่ถ่างเปลือกตา Castroviejo โดย blades เป็นแบบ จำนวน ๑ ชิ้น
Fenestrated ใช้ระบบ Screw-control ในการถ่างตา พื้นที่จับเปลือกตาเพื่อถ่าง
ขนาด ๑๔ มม. ถ่างได้ ๓๑ มม. ความยาวทั้งหมด ๘๒ มม.
- ๔.๑๔ E๓๓๘๘ GWL กรรไกรแวนนีส แบบกิวส์เวลส์ ปลายงอแหลม จำนวน ๑ ชิ้น
นับจากสกรูยาว ๑๓ มม. ใบมีดยาว ๑๑ มม. ด้ามจับแบนพร้อมร่องกระชับมือ
ความยาวทั้งหมด ๘๖ มม.

ลงชื่อ.....นางสาวปาริดา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง กรรมการ

ลงชื่อ.....นางทิพภาพร สุกุลมานนท์ กรรมการ

- ๔.๑๕ E๑๕๐๖ ปากคิบบแบบบิชอป ฮาร์มอนปลายตรง ที่มีร่องไขว้สลัสด้ามจับแบน จำนวน ๑ ชิ้น
มีรูตรงกลางเพื่อเพิ่มความกระชับในการจับ พร้อมขัดเงา ความยาวทั้งหมด ๘๖ มม.
- ๓.๑๖ E๑๕๔๗ ๓C ปากคิบบแบบจิวเวลเลอร์ปลายตรงแหลมแบบ extra fine point tips จำนวน ๒ ชิ้น
ด้ามจับแบนเรียบความยาวทั้งหมด ๑๑๐ มม.
- ๓.๑๗ E๗๔๑๖ ๑ ถาดใส่เครื่องมือสแตนเลส ขนาด ๒๐.๙๕ x ๒๐.๙๕ x ๔.๔๕ ซม. จำนวน ๑ ชิ้น
จุเครื่องมือได้ประมาณ ๑๕ ชิ้น ด้านล่างสามารถเก็บสายต่อปากคิบบไปโพล่า หรือด้าม I/A
กล่องมีความทนทานและน้ำหนักเบา พร้อมมีแผ่นซิลิโคนสำหรับวางเครื่องมือ
และป้องกันเครื่องมือ มีระบบล็อกที่ปลอดภัย ป้องกันการเปิดได้โดยไม่ได้ตั้งใจ

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๑. วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ ๒๐๒,๗๐๐.- บาท (สองแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๒. ราคาากลาง ๒๐๒,๗๐๐.- บาท (สองแสนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๘. งานดูงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันรับมอบหมายของครบเป็นต้นไป และหากในระยะเวลาประกันเกิดความชำรุดด้วยประการใดๆ อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ต้องทำการแก้ไขทันที หากต้องใช้เวลาในการแก้ไขเกิน ๗ วันทำการ ต้องมีเครื่องมาใช้งานทดแทนโดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

๑๑. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นอุปกรณ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๒. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกแสดงคุณสมบัติและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด และต้องทำเครื่องหมายหรือระบุชื่อหรือหัวข้อในรายละเอียดของแคตตาล็อกและเอกสารที่นำเสนอตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะที่โรงพยาบาลกำหนดให้ชัดเจน แสดงในวันยื่นเสนอราคา

ลงชื่อ.....นางสาวปาริดา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง กรรมการ

ลงชื่อ.....นางทิพภาพร สกุลมานนท์ กรรมการ