

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ShockPulse Lithotripsy Transducer จำนวน ๒ ชิ้น

๑. ชื่อโครงการ.....จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ShockPulse Lithotripsy Transducer

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๘๐๐,๐๐๐.-บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)....๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

- ShockPulse Lithotripsy Transducer จำนวน ๒ ชิ้น
- เป็นเงิน.....๘๐๐,๐๐๐.-บาท.(แปดแสนบาทถ้วน)
- ราคาต่อหน่วย.....-

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. บริษัท โอลิมปัส จำกัด
๒. บริษัท เมดิแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
๓. บริษัท มิราเคิล เอนโดเมติก จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายกิติภัทท์	วิจารณ์	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางกุลทรัพย์	.เจริญเอกประภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวสุดารัตน์	วิวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	กรรมการ

ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ShockPulse Lithotripsy Transducer จำนวน 2 ชิ้น
โรงพยาบาลกระบี่

1. ความเป็นมา

ด้วย โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ShockPulse Lithotripsy Transducer จำนวน 2 ชิ้น เพื่อใช้ในการสลายนิ่วในไต และสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะได้

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการผ่าตัดสลายนิ่วในไตและในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยปล่อยคลื่นความถี่อัลตราโซนิค เพื่อให้เกิดการสั่นจนนิ่วแตกตัวและสามารถดูดเศษนิ่วออกมาได้ในเวลาเดียวกัน

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....นายกิติภัทท์ วิจารณ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางกุลทรัพย์ เจริญเอกประภา กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุดารัตน์ วิวัฒน์ กรรมการ

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ
คุณลักษณะทั่วไป

1. เป็นอุปกรณ์กำเนิดคลื่นความถี่อัลตราโซนิกเพื่อใช้ในการสลายนิ่วในไต (PCNL) และในกระเพาะปัสสาวะได้ (Bladder Procedure)

2. ทำจากวัสดุคงทน สามารถทำการฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งอบไอน้ำได้

คุณสมบัติทางเทคนิค

1. หัวทรานส์ดิวเซอร์สลายนิ่ว

1.1 หัวทรานส์ดิวเซอร์มีคลื่นความถี่ 2 ระดับ คือ 19,500 Hz และ 21,000 Hz

1.2 มีสวิตช์สำหรับเลือกใช้งานได้ 2 ระดับ คือ Standard Power และ High Power

1.3 มีตัวปรับความแรงของการดูด (Suction) อยู่ในด้ามเดียวกัน

1.4 ส่วนเชื่อมต่อนำไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อและใช้งานได้ทันที (Plug & Play)

2. วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบ

2.1 ทำจากวัสดุ Piezoelectric โดยแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นการสั่น

2.2 ตัวด้ามทำจากโลหะพร้อมระบบป้องกันน้ำเข้าด้านใน

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

1. วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

2. ราคากลาง 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)


3. ราคาต่อหน่วย 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)


8. งวดงานและการจ่ายเงิน


กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว

9. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

ลงชื่อ..........นายกิติภักดิ์ วิจารณ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........นางกุลทรัพย์ เจริญเอกประภา กรรมการ

ลงชื่อ..........นางสาวสุดารัตน์ วิวัฒน์ กรรมการ

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับตั้งแต่วันตรวจรับพัสดุครบเป็นต้นไป และหากในระยะประกันเกิดความชำรุดด้วยประการใดๆ อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ต้องทำการแก้ไขทันที หากต้องใช้เวลาในการแก้ไขเกิน ๗ วันทำการ ต้องมีเครื่องมาให้ใช้ทดแทนโดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

11. เงื่อนไขเฉพาะ

1. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกชิ้น ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน
2. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
3. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและแคตตาล็อก แสดงคุณสมบัติให้ชัดเจนตามที่โรงพยาบาลกำหนด แสดงในวันยื่นเสนอราคา
4. ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายหรือระบุชื่อหรือหัวข้อในรายละเอียดของแคตตาล็อกให้ตรงกับรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะที่บริษัทนำเสนอ ตามที่โรงพยาบาลกำหนดให้ชัดเจน

ลงชื่อ.....*กิติภัท* *วิมล* นายกิติภัทท์ วิจารณ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....*[ลายเซ็น]*.....นางกุลทรัพย์ เจริญเอกประภา กรรมการ

ลงชื่อ.....*สุตาใหม่*.....นางสาวสุตารัตน์ วิวัฒน์ กรรมการ