

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประกวตราค่าเช่าเครื่องตรวจการติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน จำนวน ๑ เครื่อง
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลกระบี่
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๓๖๐,๒๐๐.-บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
 ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔,๓๖๐,๒๐๐.-บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลา ๓ ปี
 รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วย นับ	จำนวนประมาณ	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวมประมาณ (บาท)
๑	เช่าเครื่องตรวจการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันพร้อมน้ำยาตรวจ HCV Ab	test	๙,๐๐๐	๑๒๒.-	๑,๐๙๘,๐๐๐.-
๒	น้ำยาตรวจ Anti HBc	test	๓,๖๐๐	๘๐.-	๒๘๘,๐๐๐.-
๓	น้ำยาตรวจ HIV Ab/Ag	test	๒๔,๐๐๐	๕๘.-	๑,๓๙๒,๐๐๐.-
๔	น้ำยาตรวจ Anti HBs	test	๘,๗๐๐	๗๐.-	๖๐๙,๐๐๐.-
๕	น้ำยาตรวจ HbsAg	test	๑๔,๗๐๐	๕๖.-	๘๒๓,๒๐๐.-
๖	น้ำยาตรวจ Syphilis	test	๓,๐๐๐	๕๐.-	๑๕๐,๐๐๐.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)					๔,๓๖๐,๒๐๐.๐๐

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ๕.๑ บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จำกัด
 ๕.๒ บริษัท ดีซีเอส ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด
 ๕.๓ บริษัท คิว ไบโอชาयน์ จำกัด
 ๕.๔ บริษัท คิว.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- ๖.๑ นางมัชฌิมา เวชกุล ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 ๖.๒ นางสาวเมตตา เจียวกิก ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 ๖.๓ นางสาวสิริพร เพ็ชรรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เข้าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดกระบี่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือ มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
- กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
- สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
- กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
- สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้
- (๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ
- (๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่ได้มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท
- (๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

.....นางมัทธมา เวชกุลประธานกรรมการ

.....นางสาวเมตตา เจียวก๊กกรรมการ

.....นางสาวสิริพร เพ็งรัตน์กรรมการ

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอกวเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ

๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นเครื่องตรวจอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาในเลือดชนิด Fully Automatic Analyzer แบบ Random access พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน โดยมีความเร็วในการตรวจวิเคราะห์ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ การทดสอบ (Test) ต่อหนึ่งชั่วโมง

๔.๑.๒ เครื่องตรวจวิเคราะห์รุ่นที่จะนำมาเสนอหรือรุ่นที่สูงกว่าที่ใช้ในยาระบบเดียวกัน มีการทำทดสอบคุณภาพกับโรงพยาบาลหรือสถาบันที่น่าเชื่อถือ และจะต้องมีใช้งานอยู่ในประเทศไทย โดยต้องมีติดตั้งและใช้งานในปัจจุบันอยู่ในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลรัฐ ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง

๔.๑.๓ ใช้กระแสไฟฟ้าสลับ ๒๒๐-๒๔๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์ และผู้ให้เข้าจะต้องติดตั้ง UPS เพื่อสำรองไฟ ได้อย่างน้อย ๓๐ นาที

๔.๒ คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๔.๒.๑ เครื่องตรวจอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยาคลินิกในเลือดชนิด Fully Automatic Immunology Analyzer




๔.๒.๑ มีความเร็วในการตรวจวิเคราะห์ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ การทดสอบ (Test) ต่อหนึ่งชั่วโมง

๔.๒.๒ ระยะเวลาทำปฏิกิริยาจนกระทั่งรายงานผล (Time to first result) แต่ละการทดสอบไม่เกิน ๖๐ นาที

๔.๒.๓ ระบบใส่สารตัวอย่าง ต้องสามารถใส่ตัวอย่างตรวจได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตัวอย่าง และสามารถใส่สิ่งส่งตรวจได้อย่างต่อเนื่อง (Continuous loading) ในที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ และสามารถส่งงาน STAT ได้

๔.๒.๔ น้ำยาสำหรับตรวจวินิจฉัย HIV๑ antigen and antibodies to HIV-๑ and HIV-๒ ; (๔th generation) ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย (อย.)

๔.๒.๕ เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติมีความสามารถในการตรวจสอบก้อนเลือด (Clot detection) และตรวจสอบปริมาณน้ำยาหรือสิ่งส่งตรวจ (Level Detection) และตรวจวัดจำนวนเทสต์คงเหลือในน้ำยาแต่ละชุดทดสอบ พร้อมแสดงจำนวนเทสต์คงเหลือ

	นางมัชฌิมา เวชกุล	ประธานกรรมการ
	นางสาวเมตตา เจียวกิก	กรรมการ
	นางสาวสิริพร เพ็งรัตน์	กรรมการ

๔.๒.๖ ในกรณีที่ผล HIV Inconclusive และสงสัยระยะแรกของการติดเชื้อ HIV (Early phase of Infection) บริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการส่งตรวจ HIV Qualitative (PCR) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับ Guideline การแปลผล HIV ในปัจจุบัน

๔.๒.๗ มีถาด/ช่อง สำหรับใส่น้ำยาวิเคราะห์ ๑ เครื่องรวมไม่น้อยกว่า ๒๐ ตำแหน่ง สามารถเก็บน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ไว้ในเครื่องเพื่อใช้งานได้จนหมด โดยไม่มีการขนย้ายน้ำยาเข้า-ออก จากเครื่องในแต่ละวัน

๔.๒.๘ มีระบบตรวจสอบกระบวนการทำงานของเครื่อง พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ และ สามารถสอบทวนกลับได้

๔.๒.๙ มีระบบการเจือจางตัวอย่างอัตโนมัติ (Auto dilution) และมีน้ำยาสำหรับเจือจางตัวอย่าง

๔.๒.๑๐ เครื่องมือและน้ำยาต้องผ่านการรับรองคุณภาพระดับการตรวจวินิจฉัยโรค (In Vitro diagnostic) และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดยน้ำยาทุกชนิดต้องเป็นน้ำยา Original จากผลิตภัณฑ์เดียวกันกับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ

๕. เงื่อนไขเฉพาะและข้อกำหนดอื่นๆ

๕.๑ ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบในการติดตั้งเครื่องตรวจสารทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา และมีการทดสอบเครื่องให้พร้อมใช้งานตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์โดยผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายจนเครื่องตรวจวิเคราะห์สามารถใช้งานได้

๕.๒ ผู้ให้เช่าจะต้องติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่สำรองไฟได้อย่างน้อย ๓๐ นาที

๕.๓ ผู้ให้เช่าจะต้องมีระบบติดตามการทำงานของเครื่องในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถส่งข้อมูลปัญหาการทำงานของเครื่องกลับมายัง Server ได้เองโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยในการติดตามและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการใช้งานของเครื่อง

๕.๔ ในระหว่างการใช้งาน ผู้ให้เช่าจะต้องทำการบำรุงรักษา การซ่อมแซมรวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอะไหล่ทั้งหมดจนใช้งานได้ โดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาการเช่า

๕.๕ ในกรณีเครื่องเสียหายหรือชำรุด ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ให้เช่าจะต้องทำการซ่อมแซมแก้ไขภายใน ๒๔ ชั่วโมงนับตั้งแต่ได้รับแจ้ง ในระหว่างการซ่อมผู้ให้เช่าจะต้องนำเครื่องสำรองที่มีศักยภาพเท่ากันหรือใกล้เคียงมาให้โรงพยาบาลใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ หรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ผู้เช่าส่งตัวอย่างไปตรวจยังหน่วยงานภายนอก

๕.๖ ผู้ให้เช่าต้องเพิ่มเครื่องมือหรือเปลี่ยนเครื่องมือที่มีศักยภาพสูงขึ้นให้กับผู้เช่าในกรณีที่ผู้เช่ามีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นหรือไม่เพียงพอกับการใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ภายในอายุสัญญา

๕.๗ ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมในการเชื่อมต่อกับระบบ LIS ที่ผู้เช่าใช้งานอยู่ในปัจจุบันพร้อมทั้งคอมพิวเตอร์ประกอบสำหรับการใช้รายงานผล ๒ ชุด

๕.๘ ในกรณีเครื่องมือไม่ใช่แล้ว ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเครื่องมือให้เสร็จภายใน ๑ สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งแล้วปรับปรุงสถานที่ติดตั้งให้อยู่ในสภาพเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น

.....นางมัทธมา เวชกุล	ประธานกรรมการ
.....นางสาวเมตตา เจียวกิก	กรรมการ
.....นางสาวสิริพร เพ็งรัตน์	กรรมการ

๕.๙ ผู้ให้เช่าต้องให้วัสดุสอบเทียบ (Calibrator หรือ Standard) สารควบคุมคุณภาพ อย่างน้อย ๒ ระดับ ทุกการทดสอบ รวมทั้ง Accessories ต่างๆ ที่เป็นลักษณะสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน จำนวนการใช้ตามมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของผู้เช่าและค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอก (EQA) อย่างน้อย ๑ แห่งตลอดเวลาสัญญา

๕.๑๐ ผู้ให้เช่าต้องอบรมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลผู้เช่าให้สามารถใช้เครื่องได้และมีการอบรมเพิ่มเติมอย่างน้อยปีละครั้งหรือมีเจ้าหน้าที่ใหม่

๖. ระยะเวลาการเช่า

ระยะเวลา ๓ ปี นับแต่ผู้เช่าได้รับมอบเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่องพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ที่ติดตั้งพร้อมใช้งานจากผู้ให้เช่า

๗. วิธีการชำระค่าเช่าพร้อมน้ำยา

ค่าเช่าเครื่องตรวจสารทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ชำระเป็นรายเดือน โดยคิดยอดชำระจากปริมาณรายงานการทดสอบที่สมบูรณ์ในระบบ LIS ของผู้เช่า

๘. ข้อกำหนดเมื่อสิ้นสุดสัญญา

ผู้ให้เช่าจะต้องนำเครื่องตรวจสารทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยาในการตรวจวิเคราะห์ พร้อมอุปกรณ์ออกนอกพื้นที่ของโรงพยาบาลแล้วปรับปรุงสถานที่ให้อยู่ในสภาพเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า

๙. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุที่ให้เช่าภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๐. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

๑๑. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๑. วงเงินงบประมาณที่จะจัดเช่า ๔,๓๖๐,๒๐๐.-บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
๒. ราคากลาง ๔,๓๖๐,๒๐๐.-บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

๑๒. งานดูงานและการจ่ายเงิน




กำหนดส่งมอบและเบิกจ่าย จำนวน ๓๖ งวด (เดือน) โดยคิดยอดชำระค่าใช้จ่ายจากปริมาณรายงานผลการทดสอบเสร็จสิ้นแล้วที่สมบูรณ์ (report)

๑๓. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ




๑๔. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันคุณภาพตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ปี

	นางมัชฌิมา เวชกุล	ประธานกรรมการ
	นางสาวเมตตา เจียวกิก	กรรมการ
	นางสาวสิริพร เพ็ชรรัตน์	กรรมการ

10. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ใช้เกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ (Price performance)

1. ราคาที่เสนอ ร้อยละ 40 ที่พิจารณา	คะแนนเต็ม (40)	คะแนนที่ได้
1.1 บริษัทที่เสนอราคา		
1.1.1 บริษัท ราคาต่ำสุด (40 คะแนน)		
1.1.2 บริษัท ราคาอันดับสอง (35 คะแนน)		
1.1.3 บริษัท ราคาอันดับสาม หรือมากกว่านี้ (30 คะแนน)		
คะแนนรวม ข้อ 1		
2. มาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ร้อยละ 60 ที่พิจารณา		
2.1 น้ำยามีแหล่งการใช้งานในโรงพยาบาลขนาดทั่วไปและโรงพยาบาล รัฐบาล	คะแนนเต็ม (20)	คะแนนที่ได้
2.1.1 มากกว่า 10 แห่งขึ้นไป (20 คะแนน)		
2.1.2 5-9 แห่ง (10 คะแนน)		
2.1.3 1-4 แห่ง (5 คะแนน)		
2.2 ระยะเวลาทำปฏิกิริยาจนกระทั่งรายงานผล (Time to first result) ทุกรายการทดสอบเพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว	คะแนนเต็ม (15)	คะแนนที่ได้
2.2.1 ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที (15 คะแนน)		
2.2.2 ระยะเวลา 30-40 นาที (10 คะแนน)		
2.2.3 ระยะเวลามากกว่า 40 นาที (5 คะแนน)		
2.3 น้ำยา/Calibrator/ Control เป็นน้ำยา Ready to use	คะแนนเต็ม (10)	คะแนนที่ได้
2.3.1 น้ำยาพร้อมใช้งานทุกชนิด (10 คะแนน)		
2.3.2 มีน้ำยาบางชนิดที่ต้องเตรียม (5 คะแนน)		
2.4 เครื่องตรวจวิเคราะห์มีระบบป้องกัน เพื่อไม่ให้มีการเกิด Carry over ป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ	คะแนนเต็ม (5)	คะแนนที่ได้
2.4.1 สามารถป้องกันการเกิด Carry over ได้ (5 คะแนน)		
2.4.2 ไม่สามารถป้องกันการเกิด Carry over ได้ (0 คะแนน)		
2.5 ความสะดวกต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน (สามารถโหลดน้ำยาโดยไม่ ต้องหยุดการทำงานของเครื่องตรวจวิเคราะห์)	คะแนนเต็ม (10)	คะแนนที่ได้
2.5.1 สามารถทำได้ (10 คะแนน)		
2.5.2 ไม่สามารถทำได้ (0 คะแนน)		
คะแนนรวม ข้อ 2		
คะแนนรวมประสิทธิภาพภาพต่อราคา		

นางมัชฌิมา เวชกุลประธานกรรมการ
นางสาวเมตตา เจียวกกรรมการ
นางสาวสิริพร เพ็งรัตน์กรรมการ