

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ชุดผ่าตัดกล้ามเนื้อตา จำนวน ๑ ชุด

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดกล้ามเนื้อตา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๖๔๕,๒๑๐.-บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
- ชุดผ่าตัดกล้ามเนื้อตา จำนวน ๑ ชุด
เป็นเงิน ๖๔๕,๒๑๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- บริษัท ดีเคเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อี.เมดิคอล
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| ๑. นางสาวปาริดา โยธารักษ์ | นายแพทย์ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสุกฤดา อร่ามรุ่งโรจน์ | นายแพทย์ชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกระบี่ กลุ่มงานพัสดุ โทร ๐ ๗๕๖๒ ๖๗๐๐ ต่อ ๑๐๐๙, ๑๐๓๙

ที่ กบ.๐๐๓๓.๒/พิเศษ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลางสำหรับซื้อครุภัณฑ์
การแพทย์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๕๐๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แต่งตั้งข้าพเจ้า
ผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
สำหรับซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดกล้ามเนื้อตา จำนวน ๑ ชุด งบประมาณทั้งสิ้น ๖๔๕,๒๑๐.- บาท
(หกแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) ตามแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลกระบี่ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
สำหรับซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ และมีมติใช้
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลางสำหรับซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าว
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	รวมเงิน
๑.	ชุดผ่าตัดกล้ามเนื้อตา	๑ ชุด	๖๔๕,๒๑๐.- บาท	๖๔๕,๒๑๐.- บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)			๖๔๕,๒๑๐.- บาท

ซึ่งคุณลักษณะเฉพาะดังกล่าวมีบริษัทผู้ขายสามารถเข้าเสนอราคาได้ไม่น้อยกว่า ๒ ราย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวปาริตา โยธารักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสุกฤตา อร่ามรุ่งโรจน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง)

ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดกล้ามเนื้อตา จำนวน ๑ ชุด
โรงพยาบาลกระบี่

1. ความเป็นมา

ด้วย โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดกล้ามเนื้อตา จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. วัตถุประสงค์

เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับใช้ในการผ่าตัดตา เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับโรคทางตา

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....นางสาวปาริดา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุกฤตา อร่ามรุ่งโรจน์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง กรรมการ

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ

1. ขอเกี่ยว “STEVENS” ปลายงอ
 - 1.1 ปลายงอยาว 6 มม.
 - 1.2 ด้ามจับแบนเป็นร่องฟันปลา ชัดเงา
 - 1.3 ความยาวทั้งหมด 119 มม.
2. ขอเกี่ยวกล้ำมเนื้อ “JAMESON”
 - 2.1 ตรงหัวเป็นตุ่มแบนมีขนาด 2 มม. ด้ามจับมีขนาด 6 มม.
 - 2.2 ด้ามจับแบนเป็นร่องฟันปลา ชัดเงา
 - 2.3 ความยาวทั้งหมด 136 มม.
3. ปากคิ๊บสำหรับเย็บ “STERN - CASTROVIEJO” มีฟันขนาด 0.5 มม.
 - 3.1 ปลายตรง มีฟันขนาด 0.5 มม. มีพื้นที่จับขนาด 6 มม.
 - 3.2 ด้ามจับกว้างเป็นร่องฟันปลา มีตัวล็อคที่ต้นโดยใช้นิวโป่ง ชัดเงา
 - 3.3 ความยาวทั้งหมด 108 มม.
4. ขอเกี่ยวกล้ำมเนื้อ “JAMESON” สำหรับใช้ทางซ้าย
 - 4.1 ปลายงอทำมุม ขนาด 12 มม.
 - 4.2 ฟันมีขนาด 1 มม. บนส่วนปลายด้านหนึ่ง ซึ่งพอดีกับปลายด้านหนึ่งที่เป็นหลุม
 - 4.3 สามารถล็อคได้ ด้ามจับเป็นร่องฟันปลา ชัดเงา
 - 4.4 สำหรับใช้ทางซ้าย
 - 4.5 ความยาวทั้งหมด 100 มม.
5. ขอเกี่ยวกล้ำมเนื้อ “JAMESON” สำหรับใช้ทางขวา
 - 5.1 ปลายงอทำมุม ขนาด 12 มม.
 - 5.2 ฟันมีขนาด 1 มม. บนส่วนปลายด้านหนึ่ง ซึ่งพอดีกับปลายด้านหนึ่งที่เป็นหลุม
 - 5.3 สามารถล็อคได้ ด้ามจับเป็นร่องฟันปลา ชัดเงา
 - 5.4 สำหรับใช้ทางขวา
 - 5.5 ความยาวทั้งหมด 100 มม.

ลงชื่อ.....นางสาวปาริดา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุกฤตา อร่ามรุ่งโรจน์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง กรรมการ

6. ปากคิบบ “BISHOP - HARMON”
 - 6.1 ปลายตรง พื้นที่ตรงปลายเป็นร่องฟันปลา
 - 6.2 ด้ามจับแบน มีรูตรงกลางเพื่อเพิ่มความกระชับในการจับ พร้อมขัดเงา
 - 6.3 ความยาวทั้งหมด 86 มม.
7. ปากคิบบจับเนื้อเยื่อแบบ “CASTROVIEJO” มีพื้นขนาด 0.3 มม.
 - 7.1 ปลายตรง แบบ 1x2 เขี้ยว
 - 7.2 ด้ามจับเป็นร่องฟันปลากว้าง ขัดเงา
 - 7.3 ขนาดพื้น 0.3 มม.
 - 7.4 ความยาวทั้งหมด 108 มม.
8. คีมคิบบจับห้ามเลือดแบบปลายตรง
 - 8.1 ใช้สำหรับคิบบจับห้ามเลือด ยาว 21 มม.
 - 8.2 ร่องฟันปลาที่ปลายเพื่อกันลื่น
 - 8.3 ด้ามจับเป็นวงสำหรับนิ้วสวมพร้อมตัวล็อคค้ำใน พื้นผิวขัดด้าน
 - 8.4 ความยาวทั้งหมด 122 มม.
9. คีมคิบบจับห้ามเลือดแบบปลายโค้ง
 - 9.1 ใช้สำหรับคิบบจับห้ามเลือด ยาว 21 มม.
 - 9.2 มีร่องฟันปลาที่ปลายเพื่อกันลื่น
 - 9.3 ด้ามจับเป็นวงสำหรับนิ้วสวมพร้อมตัวล็อคค้ำใน พื้นผิวขัดด้าน
 - 9.4 ความยาวทั้งหมด 120 มม.
10. ด้ามขอเกี่ยวสำหรับถ่างเปลือกตาแบบ “DESMARRES” เบอร์ 0
 - 10.1 ด้ามจับแบนเป็นร่องฟันปลา ขัดเงา
 - 10.2 ขนาดเบอร์ 0
 - 10.3 ขอเกี่ยวแบนโค้งงอกว้าง 11 มม.
 - 10.4 ความยาวทั้งหมด 140 มม.
11. ด้ามขอเกี่ยวสำหรับถ่างเปลือกตาแบบ “DESMARRES” เบอร์ 1
 - 11.1 ด้ามจับแบนเป็นร่องฟันปลา ขัดเงา
 - 11.2 ขนาดเบอร์ 1 ขอเกี่ยวแบนโค้งงอกว้าง 13 มม.
 - 11.3 ความยาวทั้งหมด 137 มม.

ลงชื่อ.....นางสาวปาริตา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุกฤตา อร่ามรุ่งโรจน์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง กรรมการ

12. เชื่อมแบบ WRIGHT FASCIA
 - 12.1 ปลายสุดกว้าง 2 มม. โดยมีรูขนาด 1 x 6 มม.
 - 12.2 ปลายโค้ง ส่วนด้ามมีห่วงสำหรับนิ้วสวม ชัดเงา
 - 12.3 ความยาวทั้งหมด 130 มม.
13. หัวเข็ม MCLNTYRE สำหรับท่อน้ำตา
 - 13.1 หัวเข็ม MCLNTYRE สำหรับท่อน้ำตา ตรง
 - 13.2 ขนาด 23 เกจ ปลายมน
 - 13.3 ความยาวทั้งหมดของเข็มไม่รวมด้ามจับ 48 มม.
14. แท่งเงินสำหรับแยงท่อน้ำตาแบบสตอร์ชโบว์แมน
 - 14.1 ด้านหนึ่งขนาด 00 อีกด้านขนาด 0
 - 14.2 ความยาวทั้งหมด 142 มม.
15. แท่งเงินสำหรับแยงท่อน้ำตาแบบสตอร์ชโบว์แมน
 - 15.1 ด้านหนึ่งขนาด 1 อีกด้านขนาด 2
 - 15.2 ความยาวทั้งหมด 142 มม.
16. แท่งสำหรับแยงท่อน้ำตาแบบ BOWMAN
 - 16.1 ทำจากสแตนเลส
 - 16.2 ด้านหนึ่งขนาด 0000 อีกด้านขนาด 000
 - 16.3 ความยาวทั้งหมด 141 มม.
17. ที่แยงขยายท่อน้ำตา แบบ “ฮอร์ฟรอด”
 - 17.1 ส่วนของ Abrupt Taper ห่างจากปลาย 2 มิลลิเมตรและเพิ่มมากขึ้นตามลำดับเพื่อการขยายท่อน้ำตา
 - 17.2 ทำจากสแตนเลส
 - 17.3 ด้ามจับเป็นทรงกลม
 - 17.4 ความยาวทั้งหมด 140 มิลลิเมตร
18. สาย Luwicky Anterior Chamber Maintainer ขนาด 20 Gauge
 - 18.1 ทำจาก Silicon ความยาว 25 ซม.
 - 18.2 ปลายเกลียวสำหรับใส่ใน side port incision
 - 18.3 เหมาะกับ ECCE หรือ phaco
 - 18.4 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อ โดยวิธีการหนึ่งได้

ลงชื่อ.....นางสาวปาริตา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุกฤตา อร่ามรุ่งโรจน์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง กรรมการ

19. กรรไกรตัดเย็บชุดแบบ “WESTCOTT” สำหรับตัดทางขวา
 - 19.1 ใบมีดกรรไกรเป็นทรงกลม ทื่อ
 - 19.2 ยาว 19 มม. นับจากสกรู
 - 19.3 สำหรับตัดทางขวา
 - 19.4 ด้ามจับแบนเป็นร่องฟันปลา ขัดเงา
 - 19.5 ความยาวทั้งหมด 115 มม.
20. ปากคีมเข็มแบบ “CASTROVIEJO” ขนาดกลาง 10 มม. ปลายตรงพร้อมลือค
 - 20.1 มีขนาดกลาง 10 มม. ขากรรไกรตรง
 - 20.2 ด้ามจับแบนเป็นร่องฟันปลา สามารถลือคได้
 - 20.3 ขัดเงา
 - 20.4 ความยาวทั้งหมด 136 มม.
21. SIMCOE สำหรับดูดน้ำเข้า-ปล่อยน้ำออก
 - 21.1 หัวเข็ม ขนาด 23 Gauge
 - 21.2 ช่องดูดน้ำออกขนาด 0.4 มม.
22. ที่ถ่างตาแบบ “BARRAQUER” สำหรับเด็ก ขนาด 11 มม.
 - 22.1 แบบลวดดัด ที่เกี่ยวตากว้าง 11 มม.
 - 22.2 ถ่างได้ 19 มม.
 - 22.3 ขัดด้าน
 - 22.4 ความยาวทั้งหมด 34 มม.
23. ที่ถ่างแบบ “BARRAQUER” สำหรับเด็ก ขนาด 5 มม.
 - 23.1 แบบลวดดัด ขนาดกว้าง 5 มม.
 - 23.2 ความยาวทั้งหมด 30 มม.
24. ที่ถ่างเปลือกตาแบบ “WILLIAMS” ขนาด 11 มม.
 - 24.1 สำหรับเด็ก
 - 24.2 มีสปริงตรงกลางเพื่อควบคุมการถ่าง สามารถลือคได้
 - 24.3 ขัดด้าน
 - 24.4 ส่วนเกี่ยวตามีขนาด 11 มม.
 - 24.5 ถ่างได้ 41 มม.
 - 24.6 ความยาวทั้งหมด 69 มม.

ลงชื่อ.....นางสาวปาริดา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุกฤดา อร่ามรุ่งโรจน์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง กรรมการ

25. กรรไกรตัดเย็บชุดแบบ “WESTCOTT” สำหรับตัดทางขวา
 - 25.1 ใบบิดกรรไกรเป็นทรงกลม ทื่อ
 - 25.2 ยาว 19 มม. นับจากสกรู
 - 25.3 สำหรับตัดทางขวา
 - 25.4 ด้ามจับแบนเป็นร่องฟันปลา ขัดเงา
 - 25.5 ความยาวทั้งหมด 115 มม.
26. กรรไกรตัดไหมแบบ “WESTCOTT”
 - 26.1 ปลายคม
 - 26.2 ปลายยาว 21 มม. นับจากสกรู
 - 26.3 ด้ามจับแบนเป็นร่องฟันปลา ขัดเงา
 - 26.4 ความยาวทั้งหมด 120 มม.
5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ
ส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ใช้เกณฑ์ราคา
7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร
 1. วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ 645,210.- บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)
 2. ราคากลาง 645,210.- บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)
8. งานวัดงานและการจ่ายเงิน
กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว
9. อัตราค่าปรับ
กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง
รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันรับพัสดุครบเป็นต้นไป และหากในระยะเวลาประกันเกิดความชำรุดด้วยประการใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ต้องทำการแก้ไขทันที หากต้องใช้เวลาในการแก้ไขเกิน 7 วันทำการ ต้องมีเครื่องมาให้ใช้งานทดแทนโดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ลงชื่อ.....นางสาวปาริตา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุกฤดา อร่ามรุ่งโรจน์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง กรรมการ

11. เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแคตตาล็อกแสดงคุณสมบัติ ตามที่ โรงพยาบาล กำหนด แสดงในวันยื่นเสนอราคา
3. ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมาย ระบุชื่อ หัวข้อ ในรายละเอียดของแคตตาล็อกให้ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่โรงพยาบาลกำหนดให้ชัดเจน

ลงชื่อ.....นางสาวปาริดา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุกฤตา อร่ามรุ่งโรจน์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง กรรมการ