

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ชุดผ่าตัดตาต่อกระจก จำนวน ๑ ชุด

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดตาต่อกระจก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๓๒๓,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

- ชุดผ่าตัดตาต่อกระจก จำนวน ๑ ชุด

เป็นเงิน ๓๒๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อี.เมดิคอล

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางสาวปาริตา โยธารักษ์	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุชาดา วิภวกันต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดตาต่อกระจก จำนวน 1 ชุด
โรงพยาบาลกระบี่

1. ความเป็นมา

ด้วย โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดตาต่อกระจก
1 ชุด ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. วัตถุประสงค์

เป็นเครื่องมือพื้นฐานสำหรับใช้ในการผ่าตัดตา เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับโรคทางตา

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....นางสาวปาริดา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....นางสาวสุชาดา วิภาวาทน์ กรรมการ
ลงชื่อ.....นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง กรรมการ

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ
คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐานสำหรับการผ่าตัดทั่วไปทำจากโลหะปลอดสนิม

คุณสมบัติทางเทคนิค

- | | | |
|----------------|---|--------------|
| 3.1 E1796 | ปากคีบจับเนื้อเยื่อแบบคาสโตรวิจิ มีพื้นขนาด 0.12 มม. แบบ 1X2 เขี้ยว
ปลายตรงพร้อม แพลตฟอรม มีพื้นที่จับ ยาว 5.5 มม. ด้ามจับแบบร่องฟันปลา
ความยาวทั้งหมด 108 มม. | จำนวน 2 ชิ้น |
| 3.2 E2002 | ปากคีบสำหรับฉีกถุงหุ้มเลนส์ แบบ "ยูทาท่า" ปลายงอ ยาว 12 มม.
ที่ปลายเป็นงอแหลมสำหรับจิกลงบนถุงหุ้มเลนส์พร้อมร่องทแยง
ป้องกันการลื่นเวลาจับด้ามจับแบนพร้อมร่องกระชับมือ ความยาวทั้งหมด 80 มม. | จำนวน 2 ชิ้น |
| 3.3 E0713 | ขอบเปอร์เลนส์สำหรับเทคนิค "สตอปแอนด์ชอป" ปลายงอ ยาว 1.5 มม.
ด้ามจับทรงกลม ความยาวทั้งหมด 112 มม. | จำนวน 2 ชิ้น |
| 3.4 6-250 | ขอเกี่ยวเลนส์แบบซินสกี ปลายงอ ยาว 0.18 มม. ของงอ ยาว 10 มม.
ด้ามจับทรงกลม ยาวทั้งหมด 119 มม. ทำจากไทเทเนียม | จำนวน 2 ชิ้น |
| 3.5 E3828 CW | ที่จับเข็มขนาด 10-0 แบบ BARRAQUER ปลายโค้งขนาด 9 มม.
แบบล็อกได้ ด้ามจับทรงกลม ความยาวทั้งหมด 133 มม. | จำนวน 2 ชิ้น |
| 3.6 E4106 | ลวดถ่างเปลือกตา "บาร์ราแคร์" แบบปลายเปิดกว้าง 14 มม. สำหรับเกี่ยว
เปลือกตาถ่างได้ 18 มม. ความยาวทั้งหมด 38 มม. | จำนวน 1 ชิ้น |
| 3.7 E4922 | หัวเข็มขนาด 19 เกจ สำหรับปล่อยน้ำแบบ BISHOP-HARMON
ปลายงอ 30 องศา ยาว 5 มม. ความยาวทั้งหมด 25 มม. | จำนวน 1 ชิ้น |
| 3.8 TH-K-2219B | ลูกยางใส่น้ำสำหรับฉีดน้ำหล่อเลี้ยงตา ขณะทำการผ่าตัด ทำจากซิลิโคน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 63 มม. | จำนวน 1 ชิ้น |
| 3.9 E4942 | ตัวต่อกับลูกยางและหัวเข็ม สำหรับเป็นชุดฉีดน้ำหล่อเลี้ยงตา
ขณะทำการผ่าตัด ยาว 22 มม. | จำนวน 1 ชิ้น |
| 3.10 E4041 | ที่ถ่างเปลือกตา Castroviejo โดย blades เป็นแบบ Fenestrated
ใช้ระบบ Screw -control ในการถ่างตา พื้นที่ยับเปลือกตาเพื่อถ่างขนาด 14 มม.
ถ่างได้ 31 มม. ความยาวทั้งหมด 82 มม. | จำนวน 1 ชิ้น |

ลงชื่อ.....นางสาวปาริตา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุชาดา วิภาวพันธ์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง กรรมการ

- 3.11 E1506 ปากคืบแบบบิชอป ฮาร์มอนปลายตรง ที่มีร่องไขว้สลับด้ามจับแบน จำนวน 3 ชั้น
มีรูตรงกลางเพื่อเพิ่มความกระชับในการจับ พร้อมขัดเงา ความยาวทั้งหมด 86 มม.
- 3.12 E1947 3C ปากคืบแบบจิวเวลเลอร์ปลายตรงแหลมแบบ extra fine point tips จำนวน 3 ชั้น
ด้ามจับแบนเรียบความยาวทั้งหมด 110 มม.
- 3.13 E3320 R กรรไกรตัดเย็บชุด “แบบเวสคอต” สำหรับทำด้านขวา ปลายมนโค้ง จำนวน 2 ชั้น
ยาว 19 มม. นับจากสกรู ด้ามจับแบนพร้อมร่องกระชับมือ ความยาวทั้งหมด 115 มม.
- 3.14 E3861 WHMC ปากคืบเข็มแบบ คาสโตรวิโจ้ ปลายโค้งพร้อมล๊อค ปลายขนาด 9 มม. จำนวน 2 ชั้น
ด้ามจับแบนกว้าง ความยาวทั้งหมด 130 มม.

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

1. วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ 323,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
2. ราคากลาง 323,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

8. งานวัดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว

9. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันรับพัสดุครบเป็นต้นไป และหากในระยะประกันเกิดความ
ชำรุดด้วยประการใดๆ อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ต้องทำการแก้ไขทันที หากต้องใช้เวลาในการแก้ไขเกิน
7 วันทำการ ต้องมีเครื่องมาให้ใช้งานทดแทนโดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ลงชื่อ.....นางสาวปาริตา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุชาตา วิภาวาทย์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง กรรมการ

11. เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแคตตาล็อกแสดงคุณสมบัติ ตามที่ โรงพยาบาล กำหนด แสดงในวันยื่นเสนอราคา
3. ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมาย ระบุชื่อ หัวข้อ ในรายละเอียดของแคตตาล็อกให้ตรงกับรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะที่โรงพยาบาลกำหนดให้ชัดเจน

ลงชื่อ..........นางสาวปาริดา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........นางสาวสุชาดา วิภวานต์ กรรมการ

ลงชื่อ..........นางสาวศุภรัตน์ ชูเมือง กรรมการ