

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ชุดผ่าตัดต่อมลูกหมากแบบ monopolar ครบชุด จำนวน ๑ ชุด

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดต่อมลูกหมากแบบ monopolar ครบชุด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๒,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

- ชุดผ่าตัดต่อมลูกหมากแบบ monopolar ครบชุด จำนวน ๑ ชุด
- เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด
- บริษัท สยามเวิร์ค เทคโนโลยี จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ดวิล เทคโนโลยี

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายกิติภัทท์	วิจารณ์	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุชาดา	วิภาวกันต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางกุลทรัพย์	เจริญเอกประภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดต่อมลูกหมากแบบ monopolar ครบชุด จำนวน ๑ ชุด
โรงพยาบาลกระบี่

1. ความเป็นมา

ด้วย โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดต่อมลูกหมากแบบ monopolar ครบชุด จำนวน ๑ ชุด ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับการผ่าตัดต่อมลูกหมากแบบ monopolar

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....นายกิติภัทท์ วิจารณ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุชาดา วิภาวาทน์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางกุลทรัพย์ เจริญเอกประภา กรรมการ

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ

คุณสมบัติเฉพาะ


1. ตัวบังคับเส้นลวดจี้ตัด (Working Element) จำนวน 1 ชิ้น
 - 1.1 ใช้เป็นเครื่องมือที่บังคับการเคลื่อนที่ของเส้นลวดจี้ตัดต่อมลูกหมาก (Cutting Loop)
 - 1.2 ใช้สำหรับไบมัดจี้ตัดในระบบขั้วไฟฟ้าเดี่ยว (Monopolar)
 - 1.3 เครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากทำงานแบบ Active
2. ท่อชั้นในสำหรับผ่าตัดต่อมลูกหมาก (Resectoscope Sheath) จำนวน 1 ชิ้น
 - 2.1 สามารถหมุนปลายปากได้ (rotating)
 - 2.2 ปลอกในส่วนปลายเป็นเซรามิค
 - 2.3 สามารถใช้ร่วมกับปลอกนอกได้
3. ชุดปลอกสวม (sheath) จำนวน 1 ชุด
 - 3.1 ประกอบด้วยปลอกนอกและปลอกใน
 - 3.2 ใช้สำหรับสวมกับเครื่องมือบังคับการเคลื่อนที่ของไบมัดจี้ตัดชนิดเส้นลวด
 - 3.3 ปลอกนอกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 26 Fr.
 - 3.4 ปลอกในมีทำจากวัสดุฉนวนเซรามิคลักษณะปลายปากเฉียงตัดลง
4. แกนกลาง (Standard Obturator) จำนวน 1 ชิ้น
 - 4.1 สามารถต่อใช้งานร่วมกับชุดท่อส่องตรวจและผ่าตัดต่อมลูกหมาก (Resectoscope sheath, 26 Fr.)
5. แกนใน (Visual Obturator) จำนวน 1 ชิ้น
 - 5.1 ปลายมนชนิดมีรู สามารถใช้กับท่อโลหะขนาดไม่เกิน 24/26 Fr.
6. สายจี้ (Unipolar High Frequency Cord) จำนวน 1 เส้น
 - 6.1 ขนาดปลั๊ก 4มิลลิเมตร
 - 6.2 ความยาว 300เซนติเมตร
7. เส้นลวดจี้ตัดต่อมลูกหมาก (Cutting Loop) จำนวน 1 แพ็ค
 - 7.1 ปลายไบมัดมีลักษณะเป็นโค้งเป็นรูปตัวยู
 - 7.2 สามารถใช้งานร่วมกับการต่อจี้ไฟฟ้าแบบขั้วเดี่ยว (Monopolar)
 - 7.3 1 แพ็ค มีเส้นลวดจี้ตัดต่อมลูกหมาก 6 ชิ้น


5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ


ส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ..........นายกิติภัทท์ วิจารณ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........นางสาวสุชาดา วิภาวพันธ์ กรรมการ

ลงชื่อ..........นางกุลทรัพย์ เจริญเอกประภา กรรมการ

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

1. วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ 162,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
2. ราคากลาง 162,000.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

8. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว

9. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันรับพัสดุครบเป็นต้นไป และหากในระยะเวลาประกันเกิดความชำรุดด้วยประการใดๆ อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ต้องทำการแก้ไขทันที หากต้องใช้เวลาในการแก้ไขเกิน 7 วันทำการ ต้องมีเครื่องมาให้ใช้งานทดแทนโดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

11. เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแคตตาล็อกแสดงคุณสมบัติ ตามที่ โรงพยาบาล กำหนด แสดงในวันยื่นเสนอราคา
3. ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมาย ระบุชื่อ หัวข้อ ในรายละเอียดของแคตตาล็อกให้ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่โรงพยาบาลกำหนดให้ชัดเจน

ลงชื่อ..... <i>กมลวิมล</i>	นายกิติภักดิ์	วิจารณ์	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... <i>สุชาน</i>	นางสาวสุชานดา	วิภาวาท	กรรมการ
ลงชื่อ..... <i>กมลวิมล</i>	นางกุลทรัพย์	เจริญเอกประภา	กรรมการ