

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
เครื่องวัดความดันโลหิต (สำหรับผู้ป่วยเปลนั่งเปลนอน) จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต (สำหรับผู้ป่วยเปลนั่งเปลนอน) จำนวน ๑ เครื่อง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๒๕๐,๐๐๐.-บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่...๑๗...กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

- เครื่องวัดความดันโลหิต (สำหรับผู้ป่วยเปลนั่งเปลนอน) จำนวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน...๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- บริษัท ออฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
- บริษัท บีบีเอส ไอเดีย จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์นิสา

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางสาวปาริตา โยธารักษ์	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวยุวรัตน์ อุทัยรัตน์	นายแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวสุกฤดา อร่ามรุ่งโรจน์	นายแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ

ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต (สำหรับผู้ป่วยเปลนั่งเปลนอน) จำนวน 1 เครื่อง
โรงพยาบาลกระบี่

1. ความเป็นมา

ด้วย โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต (สำหรับผู้ป่วยเปลนั่งเปลนอน) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. วัตถุประสงค์

เป็นเครื่องวัดความดันโลหิต เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคต่อหิน ชนิดต้องสัมผัสตาแบบมือถือ

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....นางสาวปาริตา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวยุวรัตน์ อุทัยรัตน์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุกฤตา อร่ามรุ่งโรจน์ กรรมการ

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ

คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตตา เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคต้อหิน ชนิดต้องสัมผัสตาแบบมือถือ ✓

คุณสมบัติทางเทคนิค

1. สามารถวัดความดันได้ไม่น้อยกว่า 7 มม.ปรอท จนถึง 50 มม.ปรอท
2. ให้ผลการวัดทันทีผ่านจอ LCD พร้อมให้ค่าเฉลี่ย เมื่อวัดตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป
3. ตัวเครื่องสามารถวัดคนไข้ได้ หลายลักษณะ คือ คนไข่นอนและคนไข้นั่ง
4. ค่าที่ใช้จากการวัด แสดงค่าเป็นตัวเลขดิจิทัล และสามารถเก็บบันทึกไว้ภายในเครื่องได้

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. แบตเตอรี่ AA | จำนวน 4 ก้อน |
| 2. Probe (100ชิ้น/กล่อง) | จำนวน 1 กล่อง |
| 3. กล่องบรรจุ | จำนวน 1 กล่อง |

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

1. วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
2. ราคากลาง 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

8. งานงวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว

9. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

ลงชื่อ.....นางสาวปาริตา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวยุวรัตน์ อุตัยรัตน์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุกฤตา อร่ามรุ่งโรจน์ กรรมการ

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจรับพัสดุครบถ้วนเป็นต้นไป และหากในระยะประกันเกิดความชำรุดเสียหายประการใดๆ อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ต้องทำการแก้ไขภายใน 7 วัน หากต้องใช้เวลาในการแก้ไขเกิน 7 วันทำการ ต้องมีเครื่องมาให้ใช้งานทดแทนโดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

11. เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแคตตาล็อกแสดงคุณสมบัติ ตามที่ โรงพยาบาลกำหนด แสดงในวันยื่นเสนอราคา
3. ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมาย ระบุชื่อ หัวข้อ ในรายละเอียดของแคตตาล็อกให้ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่โรงพยาบาลกำหนดให้ชัดเจน

ลงชื่อ.....นางสาวปาริตา โยธารักษ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวยุรัตน์ อุทัยรัตน์ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสุกฤตา อร่ามรุ่งโรจน์ กรรมการ