

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการเข้าเครื่องตรวจสารชีวเคมีฮอริโมนและทูเมอร์มาร์คเกอร์พร้อมน้ำยา ๓๔ รายการ

๑. ชื่อโครงการ...เข้าเครื่องตรวจสารชีวเคมีฮอริโมนและทูเมอร์มาร์คเกอร์ พร้อมน้ำยา ๓๔ รายการ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๓๔,๒๑๘,๘๗๘.๓๗ บาท (สามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ด
สิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
.....
เข้าเครื่องตรวจสารชีวเคมีฮอริโมนและทูเมอร์มาร์คเกอร์พร้อมน้ำยา ๓๔ รายการ
.....
๓๔,๒๑๘,๘๗๘.๓๗ บาท (สามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน).....
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๔.๑ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ๔.๒ บริษัท บลู ไดแอค จำกัด
- ๔.๓ บริษัท คิว.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | | |
|----------------------------|--|---------------|
| ๕.๑ นางมัชฌิมา เวชกุล | นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ นางชุตติมา งามน้อย | เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๕.๓ นางสาวสิริพร เพ็งรัตน์ | เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน | กรรมการ |

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เช่าเครื่องตรวจสารชีวเคมี ฮอริโมน และทูเมอร์มาร์คเกอร์พร้อมน้ำยา ๓๔ รายการ

๑. ความเป็นมา

ต้องการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาระดับสารชีวเคมี ฮอริโมน และทูเมอร์มาร์คเกอร์ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ๓๔ รายการ ของโรงพยาบาลกระบี่

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค ติดตามการรักษาและพยากรณ์โรคในผู้ที่มารับบริการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลกระบี่ตามคำสั่งตรวจของแพทย์

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา




๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดกระบี่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

..... 	นางมัชฌิมา เวชกุล	ประธานกรรมการ
..... 	นางสุดิมา งามน้อย	กรรมการ
..... 	นางสาวสิริพร เพ็งรัตน์	กรรมการ

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ความต้องการ

ผู้ให้เข้าต้องให้เข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี ฮอริโมนและทูเมอร์มาร์คเกอร์ โดยเครื่องสามารถเชื่อมกับระบบการจัดเตรียมสิ่งส่งตรวจเป็นระบบเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีเคมี แบบ stand alone อีก ๑ เครื่อง เพื่อสำรองกรณีเครื่องเสียหรือระบบ HIS LIS ใช้การไม่ได้ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ๓๔ รายการ

๕. คุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ มาตรฐานการผลิตภัณฑ์

๕.๑.๑ ผู้ให้เข้าต้องติดตั้งเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี ฮอริโมนและทูเมอร์มาร์คเกอร์ แบบ Fully Automate โดยเครื่องทั้งสองสามารถเชื่อมกับระบบการจัดเตรียมสิ่งส่งตรวจเป็นระบบเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด และเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสารชีวเคมี stand alone อีก ๑ เครื่อง เพื่อสำรองกรณีเครื่องเสียหรือระบบ HIS LIS ใช้การไม่ได้

๕.๑.๒ เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา จะต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์, หนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์




๕.๑.๓ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ น้ำยาประกอบการตรวจวิเคราะห์ และน้ำยาควบคุมคุณภาพ (Control) เป็นน้ำยาได้รับการรับรองมาตรฐาน US FDA และ CE MARK และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีเอกสารรับรองให้ก่อน การใช้งาน

๕.๑.๔ ชุดน้ำยาเป็นแบบ Original และเป็นน้ำยาชนิดพร้อมใช้งาน (Ready to use) หรือมีวิธีการเตรียมอย่างง่าย และต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับเครื่องตรวจวิเคราะห์

๕.๑.๕ ผู้ให้เข้าจะสนับสนุน สารควบคุมคุณภาพภายนอก (EQA) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหา และสมัครโปรแกรมประเมินผลตรวจวิเคราะห์ EQA ให้แก่โรงพยาบาลใช้ในงานจริงให้เพียงพอตลอดอายุสัญญา

๕.๑.๖ ผู้ให้เข้าจะรับผิดชอบน้ำยาและทำ Method validation, Performance verification ก่อนการใช้งานเครื่องตรวจวิเคราะห์

๕.๑.๗ ผู้ให้เข้าจะสนับสนุน สารควบคุมคุณภาพภายใน (IQC) และโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลการควบคุมคุณภาพการทดสอบในเครื่องที่ให้เข้า

	นางมัชฌิมา เวชกุล	ประธานกรรมการ
	นางชุติมา งามน้อย	กรรมการ
	นางสาวสิริพร เพ็งรัตน์	กรรมการ

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ ผู้ให้เช่าต้องติดตั้งระบบให้ควสำหรับผู้มารับบริการห้องเจาะเลือดโดยระบบต้องสามารถระบุตัวตนผู้มารับบริการ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบ HIS และระบบ LIS รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับระบบการเตรียมภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติสามารถเรียกคิวได้ ณ จุดเจาะเลือดและมีระบบประมวลข้อมูลพื้นฐานที่สามารถปรับเปลี่ยนตามห้องปฏิบัติการร้องขอได้ ระบบคิวต้องสามารถทำงานสอดคล้องกับระบบการทำงานในปัจจุบันของห้องเจาะเลือด โรงพยาบาลกระบี่

๖.๒ ผู้ให้เช่าต้องจัดเตรียมระบบเตรียมหลอดตัวอย่างและติดบาร์โค้ดอัตโนมัติแบบสายพานลำเลียงจำนวน ๑ ระบบ โดยมีโต๊ะเจาะจำนวน ๔ โต๊ะเชื่อมต่อเป็นระบบเดียวกัน โดยสามารถเตรียมหลอดเลือดอย่างต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ หลอดต่อชั่วโมง หรือ ๓๕๐ คนต่อชั่วโมง ที่ห้องเจาะเลือด โรงพยาบาลกระบี่ และจัดเตรียมเครื่อง เตรียมหลอดตัวอย่างและติดบาร์โค้ดอัตโนมัติแบบ stand alone จำนวน ๑ เครื่องเพื่อสำรองในกรณีเครื่องหลักมีปัญหา

๖.๓ ผู้ให้เช่าจะเสนอราคาการตรวจเป็นการรายงานผล (Reportable) โดยราคาที่เสนอจะครอบคลุมราคาน้ำยา สารมาตรฐาน (Calibrator) สารควบคุมคุณภาพ (Control) และ EQA ตลอดอายุตามสัญญา

๖.๔ ผู้ให้เช่าจะต้องยื่นเอกสารแสดงรายนาม โรงพยาบาลทั่วไประดับ 5 โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย รวมกันอย่างน้อย ๑๐ แห่ง ที่ได้ติดตั้งเครื่องที่นำเสนอ และยังคงใช้งานในปัจจุบัน

๗. ระยะเวลาการเช่า

ระยะเวลา ๓ ปี นับแต่ผู้เช่าได้รับมอบเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี ฮอร์โมน และทูเมอร์มาร์คเกอร์ (1,๐95,716)

๘. วิธีการชำระค่าเช่าพร้อมน้ำยา

ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี ฮอร์โมน และทูเมอร์มาร์คเกอร์ชำระเป็นรายเดือนโดยคิดยอดชำระจากปริมาณรายงานการทดสอบที่สมบูรณ์

๙. ข้อกำหนดเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า

ผู้ให้เช่าจะต้องนำเครื่องตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมี ฮอร์โมน และทูเมอร์มาร์คเกอร์พร้อมอุปกรณ์ ออกจากพื้นที่ของผู้เช่าแล้วปรับปรุงสถานที่ให้อยู่ในสภาพเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า

๑๐. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

ใช้เกณฑ์ราคา ✓

.....นางมัชฌิมา เวชกุล	ประธานกรรมการ
.....นางชุตติมา งามน้อย	กรรมการ
.....นางสาวสิริพร เพ็งรัตน์	กรรมการ