

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 ตู้แช่น้ำยา ๓ ประตู พร้อมระบบแข็งเดือน จำนวน ๑ ตู้

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้แช่น้ำยา ๓ ประตู พร้อมระบบแข็งเดือน จำนวน ๑ ตู้

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑๘๐,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗
 - ตู้แช่น้ำยา ๓ ประตู พร้อมระบบแข็งเดือน จำนวน ๑ ตู้
 เป็นเงิน ๑๒๘,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
 ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- บริษัท พีที ดีลิ่ง กรุ๊ป จำกัด
- บริษัท เฟลคเซอร์ จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดเทรค

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางสุปราณี	กุลบุตร	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเมตตา	เจียวก๊ก	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๓. นางสาวสิริพร	เพ็งรัตน์	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ




4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ

คุณสมบัติทางเทคนิค

1. เป็นตู้เย็นเก็บน้ำยาและเวชภัณฑ์ ชนิดแนวตั้ง ที่สามารถทำอุณหภูมิได้ในช่วง 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส ความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร ตู้มีขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า 1,820 x 700 x 2,070 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) และขนาดภายในไม่น้อยกว่า 1,720 x 610 x 1,560 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)
2. ผนังตู้ภายนอกผลิตจากเหล็กเคลือบสี ภายในทำด้วยวัสดุอย่างดี
3. ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Digital Control สามารถตั้งอุณหภูมิได้ครั้งละ 0.1 องศาเซลเซียส ให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส
4. มีหน้าจอสามารถแสดงค่าอุณหภูมิตู้เย็น
5. มีการเตือนอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดด้วยสัญญาณเสียงและแสง
6. มีสวิตช์ เปิด-ปิด ควบคุมการทำงานของตู้
7. มีประตู จำนวน 3 บาน และชั้นวางภายในปรับระดับสูง-ต่ำ และรับน้ำหนักได้ดี จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ชั้น
8. มีล้อเลื่อน 4 ล้อ เคลื่อนย้ายได้สะดวก และสามารถบังคับหยุด (Lock) ได้ ไม่น้อยกว่า 2 ล้อ
9. บานประตูเป็นกระจกใสสุญญากาศ 2 ชั้น (Low-E-Mission) แบบบานเปิดจำนวน 3 บาน พร้อมยางขอบประตูเป็นแม่เหล็ก และมีที่จับสำหรับเปิดฝาประตูตู้แช่
10. ระบบแสงสว่างภายในตู้ ใช้หลอดไฟชนิด LED โดยมีสวิตช์ เปิด-ปิด
11. ระบบทำความเย็นไม่มีน้ำแข็งเกาะ (No Frost)
12. ใช้คอมเพรสเซอร์ Tecumseh และใช้น้ำยาทำความเย็นชนิด CFC-Free R-290a
13. มีคอยล์เย็นพร้อมพัดลมระบายความร้อน เพื่อกระจายความร้อนให้สม่ำเสมอและทั่วถึง
14. มีระบบระเหยน้ำทิ้งอัตโนมัติ
15. มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (Safeguard) จำนวน 1 ชุด
16. มีระบบติดตามอุณหภูมิและการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ..... 	นางสุปราณี	กุลบุตร	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... 	นางสาวเมตตา	เจียวกัก	กรรมการ
ลงชื่อ..... 	นางสาวสิริพร	เพ็งรัตน์	กรรมการ

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

1. วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ 180,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
2. ราคากลาง 128,400.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

8. กวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว

9. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ตรวจรับพัสดุครบถ้วนเป็นต้นไป และหากในระยะประกันเกิดความชำรุดด้วยประการใดๆ อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ต้องทำการแก้ไขภายใน 7 วัน หากต้องใช้เวลาในการแก้ไขเกิน 7 วันทำการ ต้องมีเครื่องมาให้ใช้งานทดแทนโดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

11. เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นสินค้าใหม่ ไม่เคยใช้งาน หรือสาธิตมาก่อน
2. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO 17025
3. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
4. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแคตตาล็อกแสดงคุณสมบัติ ตามที่ โรงพยาบาลกำหนด แสดงในวันยื่นเสนอราคา
5. ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมาย ระบุชื่อ หัวข้อ ในรายละเอียดของแคตตาล็อกให้ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่โรงพยาบาลกำหนดให้ชัดเจน

ลงชื่อ.....นางสุปราณี กุลบุตร ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวเมตตา เจียวก๊ก กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสาวสิริพร เพ็งรัตน์ กรรมการ