

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ชุดผ่าตัดเนื้องอกและเส้นเลือดโป่งพองในสมอง จำนวน ๑ ชุด

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดเนื้องอกและเส้นเลือดโป่งพองในสมอง จำนวน ๑ ชุด

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลกระบี่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘

- ชุดผ่าตัดเนื้องอกและเส้นเลือดโป่งพองในสมอง จำนวน ๑ ชุด
- เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิราเคิลแอนด์บาเธอร์
- บริษัท พีวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
- บริษัท ที.เค-วัน เมดิคอล จำกัด

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นายฉัตรชัย	สีสรรพ์	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจารึก	มณีโชติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสุภาณี	สองเมือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดเนื้องอกและเส้นเลือดโป่งพองในสมอง จำนวน ๑ ชุด
โรงพยาบาลกระบี่

1. ความเป็นมา

ด้วย โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดเนื้องอกและเส้นเลือดโป่งพองในสมอง จำนวน ๑ ชุด

2. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สำหรับผ่าตัดเนื้องอกและเส้นเลือดโป่งพองในสมอง

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....นายฉัตรชัย

สีสรรพ์

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางจารึก

มณีโชติ

กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสุภาณี

สองเมือง

กรรมการ

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อ

1. คุณลักษณะทั่วไป

- 1.1 เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel)
- 1.2 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อ ด้วยวิธีการนึ่งไอน้ำแรงดันสูง (Autoclave) โดยไม่ทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

- 2.1 เครื่องมือเกี่ยวเลาะเนื้อเยื่อแบบ Caspar ขนาดปลาย 1.8 มิลลิเมตร ทำมุม 90° จำนวน 1 ชิ้น
ปลายแบบหยดน้ำ ความยาวส่วนปลาย 5 มิลลิเมตร ความยาวรวม 245 มิลลิเมตร
- 2.2 คีมหนีบจับเนื้อเยื่อแบบ Yasargil ด้ามแบบ Bayonet ขนาดปาก 3 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
ปลายตรง ความยาว 220 มิลลิเมตร
- 2.3 คีมหนีบจับเนื้อเยื่อแบบ Yasargil ด้ามแบบ Bayonet ขนาดปาก 5 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
ปลายตรง ความยาว 220 มิลลิเมตร
- 2.4 เครื่องมือหนีบจับเข็มเย็บแผลผ่าตัดแบบ Bayonet ปลายโค้ง ปากเรียบ จำนวน 1 ชิ้น
ความยาวรวม 200 มิลลิเมตร
- 2.5 คีมหนีบจับเนื้อเยื่อแบบ Yasargil ด้ามแบบ Bayonet ขนาดปาก 0.6 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
ปลายตรง ความยาว 200 มิลลิเมตร
- 2.6 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อแบบ Yasargil ด้ามจับแบบสปริง ลักษณะ Bayonet จำนวน 1 ชิ้น
ปลายปากตรง ความยาว 200 มิลลิเมตร
- 2.7 กรรไกรตัดเนื้อเยื่อแบบ Yasargil ด้ามจับแบบสปริง ลักษณะ Bayonet จำนวน 1 ชิ้น
ปลายปากโค้งขึ้น ความยาว 200 มิลลิเมตร
- 2.8 น้ำมันสำหรับหยดบำรุงรักษาเครื่องมือผ่าตัด เป็นน้ำมันที่สามารถใช้กับเครื่องมือผ่าตัดได้ ส่วนปลายทำด้วย Stainless Steel มีความยาว 7 มิลลิเมตร อุณหภูมิที่ทำให้เกิดการติดไฟไม่ต่ำกว่า 343 องศาเซลเซียส ทำให้สามารถใช้กับเครื่องมือที่ต้องนำไป Autoclave ได้ ขนาดบรรจุไม่เกินกว่า 12 มิลลิลิตร

ลงชื่อ.....นายฉัตรชัย สีสรรพ์ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....นางจารึก มณีโชติ กรรมการ

ลงชื่อ.....นางสุภาณี สองเมือง กรรมการ

2.9 กล่องพลาสติกแบบ 2 ชั้น สำหรับใส่เครื่องมือเพื่อทำการปราศจากเชื้อขนาด
152 x 254 x 38 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชั้น

3.10 เครื่องมือจับคลิปหนีบเส้นเลือดโป่งพองในสมองแบบ Standard จำนวน 1 ชั้น
ความยาวรวม 220 มิลลิเมตร

5. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

1. วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อ 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
2. ราคากลาง 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

8. งานวัดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบและเบิกจ่ายงวดเดียว

9. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

สินค้ารับประกันคุณภาพ อย่างน้อย 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

11. เงื่อนไขเฉพาะ

11.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

11.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกฉบับจริงที่ระบุรายละเอียดที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา
พร้อม ทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการในที่เสนอ
ราคาให้ชัดเจนทุกราย (ให้แนบมาในวันยื่นซองเสนอราคา)

11.3 บริษัทผู้จัดจำหน่ายและบริษัทผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO 13485

ลงชื่อ..... 	นายฉัตรชัย	สีสรรพ์	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... 	นางจาริก	มณีโชติ	กรรมการ
ลงชื่อ..... 	นางสุภาณี	สองเมือง	กรรมการ